

**T. C.**  
**AĞRI VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/88  
Konu : Malzeme Alımı Hk.

09/02/2018

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 12/02/2018 tarih ve saat 17:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

  
Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	OTOSKOP OFTALMOSKOP SETİ DUVARA MONTE	ADET	3		
			TOPLAM		

**Firma Yetkilisi**  
**İmza/Kaşe**

**NOTLAR**

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

## DUVARA MONTE OTOSKOP OFTALMASKOP SET TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Tek bir gövdeden oluşmalı 3.5 volt luk enerji ile çalışmalı ve 2 adet 4 metre uzayabilen spiral elcek bulunmalıdır.Elcekler üzerinde otoskop ve oftalmaskop başlıkları bulunmalıdır. Başlıklar Elceğebayonet kilit sistemi sayesinde tekbir hamle ile kilitlenebilmelidir.
- 2-Üzerinde bir açma-kapama düğmesi bulunmalı , bu düğme üzerinde cihazın açık olduğunu belirten bir ışık yanmalıdır.
- 3-Elcekler yuvadan alındığında kullanılan başlığa ışık gelmeli, yerine konulduğunda enerji kesilmelidir.
- 4-Elcekler Kaymaz ve Ergonomik dizayna sahip olmalıdır.
- 5-Saplar üzerinde bir reosta olmalı bu reosta sayesinde parlaklık kontrol özelliklerini ve değişik ayarlama özelliklerine sahip olmalıdır.
- 6-Elcekler yuvadan alındığında ampülün ömrünü uzatmak için voltajı alçaktan yükseğe doğru artan yumuşak başlatma özelliğine sahip olmalıdır.
- 7-İstenilen her Duvar Ünitesi ile birlikte en az 500 adet 2.5 mm ve 500 adet de 4.0 tek kullanımlık spekülüm verilmelidir. Spekülümlertermoplastik materyalinden imal edilmiş olmalıdır.
- 8-Duvar ünitesi ile birlikte 1 adet set ile aynı marka spekülüm kutusu verilmelidir. Spekülüm kutusu 4 gözlü olmalı, çeşitli ebatlardaki spekülümler kullanılabilir.
- 9-Duvar ünitesi giriş voltajından bağımsız olarak 3.5 V çıkış gücü üretmeli, voltaj değişimlerinde bile doğru ışık elde edilebilmelidir.
- 10-Duvara monte otoskop - oftalmaskopu veren firmanın ürün portföyünde duvara monte sistem ile uyumlu başka model otoskop - oftalmaskop başlıkları da olmalı, bu başlıklar verilen duvara monte sistem ile aynı marka olmalı, bunu orijinal katalog üzerinden ıspatlayabilmelidir.
- 11-Her set ile birlikte 1 adet 2.5mm, 1adet 3.0mm, 1 adet 4.0mm, 1 adet 5.0mm, 1 adet 10.0mm ölçülerinde çok kullanımlık spekülüm verilmelidir. Spekülümler 134°C de otoklavlanabilentermoplastic materyalinden olmalıdır. Aynı zamanda spekülümlerin yapısı kolay temizlenebilir olmalı, solisyonlar ile dedezenfekte edilebilmelidir. Bu özellikler orijinal katalogda gösterilmelidir.
- 12-En az 5 yıl garantili olmalıdır.
- 13-Ürün Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır.
- 14-Tüm özellikler orijinal katalogda gösterilmeli ve işaretlenmelidir , fotokopi , bilgisayar çıktısı vs. kabul edilmeyecektir.

Dr. Dr. Selim SAFALI  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Tesis No: 132549  
Tıbbi Hastanesi



## OTOSKOP BAŞLIĞI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1-otoskop başlığı impactresistant ve corrosion engelleyici özellikte plasticenjeksiyon yöntemi ile tek parça olarak üretilmiş olmalıdır.

2-Otoskop başlığı kendi ekseninde dönebilen 3x büyütme yapabilen minimum reflex özellikte olmalıdır.Optik camlı gözlem penceresi bulunmalı ve çizilmeye dayanıklı olmalıdır.

3-Aydınlatma sistemi fiberoptik olup ,kolayca sökülüp takılabilen 3.5V xenon/Halojen ampullü olmalıdır.

4-Başlık handle a Bayonet klik sistemle kolayca takılmalı ve vida ile sıkma gerektirmeden kullanılmalıdır.

5-Fiberoptik aydınlatma sağlamalıdır.

6-Tüm özellikler orijinal katalogda gösterilmeli ve işaretlenmelidir , fotokopi , bilgisayar çıktısı vs. kabul edilmeyecektir.

7-Otoskop ile gerektiğinde pneumatik orta kulak testi yapılabilmelidir ve bunun için opsiyonel bir insuflasyon pompası olmalıdır.

8-Gözlem penceresi kaybolmayı önlemek için başlığa vidalanmış olmalıdır. Tamiri kolaylaştırmak açısından gözlem penceresi istenildiğinde yerinden çıkarılabilmelidir.

## OFTALMASKOP BAŞLIĞI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1-Ophtalmoskop başlığı impactresistant ve korozyon engelleyici özellikte plastik enjeksiyon yöntemi ile tek parça olarak üretilmiş olmalıdır.

2-Süper parlak ışık için 3.5 V Xenon/Halogen Lamba ya sahip olmalıdır.

3-+ 40 / -25 dioptri arasında ayarlanabilen en az 28 renk kodlu lense sahip olmalıdır.Ayarlanan dioptri değerleri ayrı ayrı renkler ile gösterilebilmelidir.

4-Eşeli en az 6 ayrı görünüm vermelidir. Mikro daire , orta daire , büyük daire , fixation , slit ve red-free filtre yeşil ışık ile izlenebilmelidir.

5-Ophtalmoskop üzerinde tüm ayarlamalar tek elle yapılabilmelidir.

6-Başlık elciğe bayonet-klik sistemde takılmalıdır.Sıkmak için herhangi bir vida gerektirmemelidir.

7-Ampül hiçbir alete gerek kalmadan kolayca değişebilmelidir.

**Op. Dr. Selim SAFAL**  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 132519  
Ağrı Devlet Hastanesi

8-Fiberoptik aydınlatma sağlamalıdır.

9-Toz geçirmeyen gövde(DustproofHousing) yapısına sahip olmalıdır.

10-En az 5 yıl garantili olmalıdır.

Op. Dr. Selim SAFALI  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 132519  
Ağrı Devlet Hastanesi