

T. C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Hamur İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 84724558- 115  
Konu: Bakım Onarım Hk.

12.02.2018

TEKLİFE DAVET

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ GAZ BAKIM ONARIMI alımı işi 4734 sayılı ihale kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 15.02.2018 tarih ve saat 14:00'e kadar 0472 451 22 08 numaralı belgegeçere veya [hamursagliknet@hotmail.com](mailto:hamursagliknet@hotmail.com) adresine göndermenizi rica ederim.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Dr. Feyzullah ÖZCAN  
Başhekim

Sıra No	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ)
1	TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ GAZ BAKIM ONARIMI	AY	12		

Firma Yetkilisi

İmza/Kaşe

**NOTLAR**

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar Satın alma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2- Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-Faks ve Mail ile gönderilen tekliflerin asılları da idaremiz Satınalma birimine ulaştırılacaktır.
- 4-Teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren en az 30 gün olacaktır.
- 5-İşin Tamamı için teklif verilecektir.
- 6-Alımı yapılacak malzemeler 10 gün içerisinde teslim edilecektir.
- 6-Alımlar <https://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

Adres:Hamur İlçe hastanesi merkez mah.yüzbaşı müfit Özkan cad. Hamur/Ağrı  
Ayrıntılı bilgi için Satın alma B. YİĞİT  
Tel:0472 451 25 84 Faks:0472 451 22 08

TC .SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
HAMUR İLÇE DEVLET HASTANESİ  
TIBBİ CİHAZ-TIBBİ GAZ-VAKUM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

(PARÇA HARIÇ)

Söz konusu iş Hamur Devlet Hastanesinde(Aşağıda idare olarak anılacaktır) TIBBİ CİHAZ-TIBBİ GAZ-VAKUM SİSTEMİ yedek parça hariç 1(bir) yı süreli koruyucu bakımının anlaşmaya varılan firma(Aşağıda yüklenici firma olarak anılacaktır) tarafından karşılanma işidir.

- 1-merkezi oksijen,tıbbi cihaz ve vakum sistemlerinin bakımı yapılacaktır.
- 2-bakımlar periyodik olarak ve periyod için belirlenen çerçevede yapılacaktır.
- 3-periyodik bakım dışında yükleniciye bildirilen arızalar en geç 4 saat içerisinde müdahale edilecektir.
- 4-merkezi gaz sistemi hastane için hayati önem taşıdığından yüklenicinin 24 (yirmidört) saat ulaşılabilir telefonu olmalıdır.ve yüklenici aranan saate bakılmaksızın arızaya 3. Madde kapsamınca müdahale etmekle yükümlüdür.
- 5-yapılacak olan periyodik bakımlar mesai saatleri içerisinde ve teknik personel nezaretinde yapılacaktır.
- 6-yüklenici gaz sistemlerinin bakımını yapacak kişiyada kişilerin eğitim sertifikalarını idareye sunmakla yükümlüdür
- 7-yüklenici bakıma gelmeden önce bakıma geleceği tarihi ve saati idareye bildirmek zorundadır.
- 8-bakım esnasında doğabilecek montaj ve işçilikten kaynaklanan arızalar ve maddi kayıplardan yüklenici zorunludur.
- 8-yüklenici firma iş sağlığı ve güvenliği(6331 sayılı kanun) hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bakım ve onarım esnasında doğabilecek iş kazalarından ve bu sebeple her türlü zarardan doğrudan yüklenici firma sorumludur.
- 9-yüklenici bakım ve onarım işleri bittikten sonra açıklayıcı bilgi içeren servis bakım formunu düzenleyip teknik servis çalışanına vermek zorundadır.
- 10-periyodik bakım dışında oluşabilecek arızaları yüklenici kendi insiyatifi dışında mücbir sebeplerden dolayı(doğal afet,trafik kazası v.b) hizmeti yerine getirmezse sorumlu tutulacaktır.
- 11-gaz sisteminin bakımı dört aylık periyotlar olmak kaydıyla yılda 3 kez yapılacaktır periyodik bakımların tarihleri idare ile yüklenici arasında karşılıklı anlaşarak sözleşme imzaladıktan sonra belirlenecektir.
- 12- Tüpler bir tüp bağlantı rampası ile gruplandırılarak panele bağlanmalıdır. Bu tüp rampalarına bağlanacak her bir tüp için ayrı bir manifold olmalıdır. Manifoldlar çekvalf sistemli olmalı ve tüplere doğru gaz akışının önlenmiş olması gerekmektedir.Manifoldlar yüksek basınca dayanıklı pirinç malzemedir sıcak dövme yapılmış olmalıdır. Manifoldlar arasındaki bağlantılar bakır boru aracılığı ile

TC .SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
HAMUR İLÇE DEVLET HASTANESİ

yapılmalıdır. Bakır borular Medikal Tip dikişsiz yüksek basınç boruları olmalıdır.Kaynaklı birleştirmeler gümüş alaşımli kaynak telleri ile yapılmış olmalıdır.

13- Tüplerin herhangi bir darbe, sarsıntı vs. gibi durumlarda düşüp sisteme zarar vermemesi için tüp sabitleyiciler ile sabitlenmeleri gerekmektedir. Tüp sabitleyiciler üzerinde her bir tüpü ayrı ayrı sabitleyecek zincir bağlantıları olmalıdır.

14-Tüpler ile manifoldlar arasındaki esnek bağlantılar Yüksek basınca dayanıklı dikişsiz bakır borudan yapılmış olmalıdır. Tüp ve manifold vidalı bağlantıları pirinç malzemeden yapılmış olmalıdır. Vidalı bağlantılar ile bakır boru kaynaklı birleştirmeleri gümüş alaşımli kaynak ile olmalıdır. Esnek bağlantıların her biri ayrı ayrı ambalajlanmış olmalı ve ambalajlar montaj sırasında açılmalıdır.

15 İmalatçı ve yapımcı firmalar ISO 9001:2008 belgeli olacaktır. Belgeler (Yeterlilik,eğitim v.b)Kapsamında açıkça yazılı olmalıdır. Belge ihale evrakları ile birlikte verilmelidir.

16-Bu teknik şartnamede bulunmayan teknik hususlar konusunda sözleşmeye onlarda bulunmayan hükümler için ilgili kanunlara,yönetmeliklere ve ikincil mevzuatlara bakılacaktır.


17-Yüklenici parça değişimi ve parça arıza gibi değiştirilmesi veya tamir edilmesini gerektiren durumları hastane teknisyeni nezaretinde idareye bildirmek zorundadır.

İş bu şartname 17 (onyedi) maddeden ve iki sayfadan ibaret olup tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde hiçbir ek ücret talep edilmeyecektir.

Başkan

Alpaslan YİĞİT

Acil sorumlusu



Üye

Fuat KAYA

Tekniker



Üye

Ahmet Emre SONAY

Kalite birim sorumlusu

