

276

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLIFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **HASTENEMİZ ORTOPEDİ AMELİYATI (SERTİP KOC) İÇİN GEREKLİ MALZEMELER** alım işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/f maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 14/02/2018 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER
İDARI MALİ İŞLERİ MÜDÜRÜ

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	DEJENERATİF VE TRAVMATİK DOKU REKONSTRÜKSİYON METARYALI	ADET	2		

Firma Yethkisi
İmza/Kaşe

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

OLUR
Uz.Dr.HALİL İYABAN


NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Filti olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağında ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde testim edilmemiş takdirde hasta dosyaları kapılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminde de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi Hastanemizde ücretsiz yapılacektir.
- 8) E-posta adresiniz satın alımıya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (iki) yıl garanti olmasi
- 10) UBB kodu ve SUT kodu belirtilmeyen teknifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 11) Teklif veren firmamın kaşesi ve yetkilinin imzası olmak zorundadır.

Ağrı Yolu üzeri 5.km Dogubayazıt / AGRI DOGUBAYAZIT AGRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Beğegeçer: 0 472 312 54 47
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

Dejeneratif ve Travmatik Doku Rekonstrüksiyon Materyali Teknik Özellikleri

- Yüksek moleküler ağırlıklı Hiyalüronik Asit: 1.5 – 1.8 mln. Dalton olmalı
- Alerjenik olmayacak şekilde fermente edilmiş Sodyum Hyaluronate içermeli
- Yüksek aktiflikte bileşim içeriği: %2.2 x 2.5 ml için : 44 mg %2.2x 5ml için 88 mg Sodyum Hyaluronate – olmalıdır.
- Ürün polietilenglikol içermelidir.
- Ürün hayvan orijinli bileşen içermemelidir.
- Etkileyici biçimde acı azaltımı sağlamalıdır.
- Ürün kaydırıcı ve şok emici özelliklerinden ötürü ağrısız fizyoljk hareketlere olanak sunmalıdır.
- Ürün hücrelerin migrasyonunu artırrarak kıkırdağın yeniden yapılandırılmasına katkıda bulunmalıdır.
- Bütün eklemler için uygulanabilmelidir.
- Steril, izotonik ve apirojenik, düşük fosfat tamponlu solüsyon, 7.2 pH ve enjeksiyon kullanımları için su içermeli
- Ürün güclü bir buhar sterilizasyondan geçirilmiş olmalı.
- Acı ve kısıtlı artiküler hareketlilikte kıkırdak dejenarsyonu olan bütün eklemlerde kullanılabilir.
- Eklem içi saflaştırılmış hialüronik asit enjeksiyonu vizkozitesini artırır.
- Eklem içi tedavi sonrası eklemin hareketliliği artar ve dejeneratif lezyonları azaltmalıdır.
- Ürün C E - GmbH; DIN EN ISO 9001 ve ISO 13485 tüm belgeler A.B onaylı olmalıdır.
- Ürün teslimatında ürüne ait belgeler sunulmalıdır.

Dr. M. Emin Özkan
T.C. 15530 / İmza No: 127106