

T. C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 104  
Konu : Malzeme Alımı Hk.

18/02/2018

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 2 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 19/02/2018 tarih ve saat 12:00'e kadar (0472) 215 3422 numaralı belgegeçere veya [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

  
Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	ORBİTAL SPHERE İMPLANT	ADET	1		
2	DELİKLİ KONFORMER	ADET	1		
TOPLAM					

**Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe**

**NOTLAR**

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiilî olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

## HYDROXYAPATITE ORBİTAL İMPLANT

- Hydroxyapatite ten imal edilmiş olmalı ,
- Gözeneklilik yapısı 300 – 500 µm olmalı,
- Gözenekleri tektip ve birbirleri ile bağlantılı yapıda olmalı,
- Hızlı ve tam vaskülarizasyonu sağlayacak özellikte olmalı,
- Poliglikolik asit vicryl mesh modelide olmalıdır.
- Yerleştirmesi kolay olmalı,
- Tekli kutularda ve çift steril ambalajda olmalı,
- 10 mm, 12 mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm ve 22mm ölçüleri olmalı gerektiğinde ihtiyaç olan numaralar teslim eden firmaca değiştirmelidir.
- Ürünün mesh kaplı modelleride olmalıdır.

S.B. AĞRI DEVLET HASTANESİ  
Op. Dr. Mesut TOĞAÇ  
Göz Hastalıkları Uzmanı  
Dip. No: 163913

S.B. AĞRI DEVLET HASTANESİ  
Op. Dr. Burcu İŞİK  
Göz Hastalıkları Uzmanı  
Dip. No: 122666

Ameliyathane  
Ağrı Devlet Hastanesi

## DELİKLİ KONFORMER

- PMMA maddesinden mamul olmalı,
- Atravmatik ve yüzeyi cilalı olmalı,
- Konjunktivanın görülmesine imkan verecek şekilde katı ve şeffaf olmalı,
- Mukus drenajına ve ameliyattan sonra göz damlası uygulamasına imkan verecek şekilde delikli olmalı,
- 20, 23 ve 26 cm ebatlarında olmalı,
- Tekli kutularda ve çift steril ambalajda olmalı,

S.B. AĞRI DEVLET HASTANESİ  
Op. Dr. Mesut TOGAÇ  
Göz Hastalıkları Uzmanı  
Dip. No: 163913

S.B. AĞRI DEVLET HASTANESİ  
Op. Dr. Burcu İŞİK  
Göz Hastalıkları Uzmanı  
Dip. No: 122666

Ayfer GÖK  
Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi  
Ağrı Devlet Hastanesi