

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Hamur İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 84724558-129
Konu: Bakım Onarım Hk.

19.02.2018

TEKLİFE DAVET

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı LABORATUVAR MALZEMELERİ alımı işi 4734 sayılı ihale kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 22.02.2018 tarih ve saat 16:00'e kadar 0472 451 22 08 numaralı belgegeçere veya hamursagliknet@hotmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Dr. Feyzullah ÖZCAN
Başhekim

Sıra No	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ)	TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ)
1	KAN GRUBU TAYİNİ ANTI-A	ADET	15		
2	KAN GRUBU TAYİNİ ANTI-B	ADET	15		
3	KAN GRUBU TAYİNİ ANTI-D	ADET	15		

Firma Yetkilisi

İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar Satın alma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2- Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-Faks ve Mail ile gönderilen tekliflerin asılları da idaremiz Satınalma birimine ulaştırılacaktır.
- 4-Teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren en az 30 gün olacaktır.
- 5-İşin Tamamı için teklif verilecektir.
- 6-Alımı yapılacak malzemeler 10 gün içerisinde teslim edilecektir.
- 6-Alımlar <https://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

Adres:Hamur İlçe hastanesi merkez mah.yüzbaşı müfit Özkan cad. Hamur/Ağrı
Ayrıntılı bilgi için Satın alma B. YİĞİT
Tel:0472 451 25 84 Faks:0472 451 22 08

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık müdürlüğü
Hamur İlçe Devlet Hastanesi

MANUEL KAN GRUPLAMA ANTİSERUMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MANUEL KAN GRUPLAMA ANTİSERUMLARI(ANTİ-A)

- 1-Kitler hızlı (1-10 dakikada) sonuç vermelidir.
- 2- Kitlerin spesifite ve sensitivite'si yüksek olmalıdır.
- 3- Test serumları monoklonal olmalıdır.
- 4-Ürün miyadı teslim tarihinden itibaren an az bir (2) yıl olmalıdır.
- 5- Orijinal ambalajlı olmalı 100 testlik, 10ml lik ve damlalıklı olmalıdır. Reaktifin miktarı ambalajdaki damlalıklarla kullanıldığında yeterli olmalıdır.
- 6- Kullanılmayan malzemeler 2(iki) ay öncesinden haber vermek kaydı ile yeni miatlı olanlar ile değiştirilmelidir. Bozuk ambalajlar tespit edildiğinde firma yenisi ile değiştirmelidir.
- 7-Aglutinasyon çıplak gözle net olarak saptanabilmelidir.
- 8- Antijenler likit formda olmalıdır.
- 9-Daha önce denenmemiş sistem ve kitler için ihaleden sonra demonstrasyon istenecektir.
- 10- Ürünler takım veya tekli olmalıdır.
- 11-Anti-Serumlarla slayt plaka ve tüp yöntemlerinden her biri ile çalışabilmelidir.
- 12- Flakon üzerinde ürünün markası içeriğini ve son kullanma tarihini belirten etiketi bulunmalıdır.

MANUEL KAN GRUPLAMA ANTİSERUMLARI(ANTİ-B)

- 1-Kitler hızlı (1-10 dakikada) sonuç vermelidir.
- 2- Kitlerin spesifite ve sensitivitesi yüksek olmalıdır.
- 3- Test serumları monoklonal olmalıdır.
- 4-Ürün miadı teslim tarihinden itibaren an az bir (1) yıl olmalıdır.
- 5- Orijinal ambalajlı olmalı 100 testlik, 10ml lik ve damlalıklı olmalıdır. Reaktifin miktarı ambalajdaki damlalıklarla kullanıldığında yeterli olmalıdır.
- 6- Kullanılmayan malzemeler 2(iki) ay öncesinden haber vermek kaydı ile yeni miatlı olanlar ile değiştirilmelidir. Bozuk ambalajlar tespit edildiğinde firma yenisi ile değiştirmelidir.
- 7-Aglutinasyon çıplak gözle net olarak saptanabilmelidir.
- 8- Antijenler likit formda olmalıdır.
- 9-Daha önce denenmemiş sistem ve kitler için ihaleden sonra demonstrasyon istenecektir.
- 10- Ürünler takım veya tekli olmalıdır.

- 11-Anti-Serumlarla slayt plaka ve tüp yöntemlerinden her biri ile çalışabilmelidir.
12-Flakon üzerinde ürünün markası içeriğini ve son kullanma tarihini belirten etiketi bulunmalıdır.

MANUEL KAN GRUPLAMA ANTİSERUMLARI(ANTİ-D)

- 1-Kitler hızlı (1-10 dakikada) sonuç vermelidir.
2- Kitlerin spesifite ve sensitivitesi yüksek olmalıdır.
3- Test serumları monoklonal olmalıdır.
4-Ürün miadı teslim tarihinden itibaren an az bir (1) yıl olmalıdır.
5- Orijinal ambalajlı olmalı 100 testlik, 10ml lik ve damlalıklı olmalıdır. Reaktifin miktarı ambalajdaki damlalıklarla kullanıldığında yeterli olmalıdır.
6- Kullanılmayan malzemeler 2(iki) ay öncesinden haber vermek kaydı ile yeni miatlı olanlar ile değiştirilmelidir. Bozuk ambalajlar tespit edildiğinde firma yenisi ile değiştirmelidir.
7-Aglutinasyon çıplak gözle net olarak saptanabilmelidir.
8- Antijenler likit formda olmalıdır.
9-Daha önce denenmemiş sistem ve kitler için ihaleden sonra demonstrasyon istenecektir.
10- Ürünler takım veya tekli olmalıdır.
11 -Anti- Serumlarla slayt plaka ve tüp yöntemlerinden her biri ile çalışabilmelidir.
12- Flakon üzerinde ürünün markası içeriğini ve son kullanma tarihini belirten etiketi bulunmalıdır.
13-Anti-D ıgM ve ıgG ye duyarlı olmalıdır.

GENEL HÜKÜMLER

- 1-Bütün kitler UUB(Ulusal bilgi bankasına) kayıtlı olmalıdır.
2-Tüm malzemeler laboratuvara bizzat yüklenici firma tarafından teslim edilecek kargo veya postayla gönderilenler kabul edilmeyecektir.
3-Malzemelerin saklama süresince saklama koşullarına uyulmasına rağmen stabilitesinde problem ortaya çıkarsa firma bunu yenileriyle değiştirecektir
4-Malzemelerle ilgili bir sorunla karşılaşırsa 72 saat içinde yenileriyle değiştirilebilmelidir.