

342

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan ANESTEZİ BİRİMİNE MALZEME ALIMI işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 22/02/2018 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ANESTEZİ SİYAH SOLUNUM DEVRE MASKESİ	SET	2		
2	ANESTEZİ ŞEFFAF SOLUNUM DEVRE MASKESİ	SET	2		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

OLUR  
Uz.Dr.Hasan BALABAN  
BAŞHEKİM

NOTLAR:


- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi olmak zorundadır.

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI  
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447  
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:


19-12-2017

## ANESTEZİ MASKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( ŞEFFAF)

1. Anestezi maskesi şeffaf olmalıdır.
2. Maske tamamıyla silikondan yapılmış olmalıdır.
3. Maskeler otoklavda 120-140 derece arasındaki ısılarda steril edilebilme özelliğine sahip olmalıdır.
4. Maskelerin yüzeyi hasta ile tam temas etmelidir, hasta ile temas eden yüzey yastıklı silikon malzemeden yapılmış olmalı ve şişirmeye ihtiyaç duymayacak şekilde kaçakları önleyebilecek yapıda olmalıdır.
5. Maskelerin 0 -1 - 2 - 3 - 4 numaraları olmalıdır.
- 6 .Anestezi maskesi CE belgesine sahip olmalıdır.

Mahsum KAYA  


Dr. Yasin Levent UGUR  
Dip Tes. No 12111  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon  
Dogubayazit Devlet Hastanesi

19-12-2017  





19.12.2017

## ANESTEZİ MASKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (SİYAH)

- 1 - Yetişkin için şişirilebilen siyah kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
- 2 - Anestezi maskesi yastıklı, dezenfekte edilmeye uygun olmalıdır.
- 3 - Üzerinde maske numarası bulunmalıdır.
- 4 - Anestezi maskesi reusable olmalıdır.
- 5 - Anestezi maskesi tek ambalaj içerisinde olmalıdır.
- 6 - Anestezi maskesi No : 00 - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 set halinde olmalıdır.
- 7 - Anestezi maskesi CE belgesine sahip olmalıdır

Mahsum KAYA



Uzm. Dr. Yasin Levent UGUR  
Dip. Tes. No 152111  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon  
Doğuşayazı Devlet Hastanesi

19.12.2017