

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 114
Konu : Mal Alımı Hk.

21/02/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 7 Kalem Mal Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 23/02/2018 tarih ve saat 17:00'e kadar (0472) 215 34 22 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	BAKIM KİTİ	ADET	3		
2	OKSİJEN SENSÖRÜ	ADET	3		
3	FİLTRE	ADET	1		
4	FİLTRE KAPAĞI	ADET	1		
5	MONOMETRE	ADET	1		
6	EKSALASYON VALFİ	ADET	1		
7	OKSİJEN JAKI	ADET	1		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiilî olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresinin satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

VENTİLATÖR CİHAZI YEDEK PARÇALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1)Bu şartname aşağıdaki yedek parçaların tamamını ilgilendirir :

- *BAKIM KİTİ
- *OKSİJEN SENSÖRÜ
- *FİLTRE
- *FİLTRE KAPAĞI
- *MONOMETRE
- *EKSALASYON VALFİ
- *OKSİJEN JAKI

2)Yedek parçalar Neumovent marka Graphy model ventilatör cihazlarına uyumlu olmalıdır.

3)Ürünler orijinal olmalıdır.Yüklenici orijinal olduklarını belgelendirmelidir.


4)Ürünler üzerlerinde orijinal olduklarına dair ibareyi taşımalarıdır.

5)Teslim edilen yedek parçalar CE belgeli ve 1 yıl garantili olmalıdır.

6)Yedek parçaların kabulünden önce numune değerlendirmesi yapılacak olup sonrasında kabul işlemi yapılacaktır.

7)Yüklenici TSE hizmet yeterlilik belgesini sunmalıdır.

8)Yüklenici ilgili cihaza ait orijinal üreticisinden yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.


H. Güneş BOZKURT