

374

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr.Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **KBB KOLTUĞU ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 26/02/2018 tarih ve saat 11:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER
İdari Mat. İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	KBB KOLTUĞU	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARİC):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uz.Dr.Hasan BALABAN

H. Balaban

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fırl olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dekme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitim hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (iki) yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi olmak zorundadır.

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag.

Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne
Hastanemizde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları polikliniğinde kullanılmak üzere
muayene koltuğu teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir. Temin edilmesini rica ederiz.

Op.Dr. Mücahit Murat Kıcılı

KBB MUAYENE KOLTUĞU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Muayene koltuğunun, sırt ve ayak kısımlarında yer alan her iki tarafında mevcut olan dokunmatik kontrollerle, bütün hareketler kontrol edilmelidir.
- 2- Muayene koltuğu, ufak müdahaleler için 180 derece yatar pozisyona otomatik olarak getirilebilmelidir.
- 3- Muayene koltuğunun başlık kısmı aşağı yukarı hareket ettirilebilmelidir.
- 4- Muayene koltuğu, fleksibl poliüretan deri ile kaplı olmalıdır. Derisi yıkanabilir ve silinebilir olmalıdır, kesinlikle lateks olmamalıdır. Diğer kısımlar korozyona karşı dayanıklı metal malzemeden imal edilmiş olmalı ve boyası çizilmelere karşı dayanıklı, fırın boya olmalıdır.
- 5- Muayene koltuğu tek bir tuş ile trendelenburg pozisyonuna otomatik olarak getirilebilmelidir.
- 6- Muayene koltuğu poliüretan deri ile kaplı olmalıdır. Derisi yıkanabilir ve silinebilir olmalıdır, kesinlikle lateks olmamalıdır. Diğer kısımlar korozyona karşı dayanıklı metal malzemeden imal edilmiş olmalı ve boyası çizilmelere karşı dayanıklı, fırın boya olmalıdır.
- 7- Muayene koltuğun maksimum ağırlığı 110 kg. dan fazla olmamalıdır.
- 8- Muayene koltuğun motoru 180 kg. a kadar kaldırma gücü olmalıdır.
- 9- Muayene koltuğunun dönüş açısı 270 derece olmalıdır.
- 10- Muayene koltuğu tek komut ile başlangıç pozisyonuna getirilmelidir.
- 11- Muayene koltuğunun iki yanındaki kollar aşağıya doğru tamamen kapatılabilmelidir, kilitleme mekanizması ile çalışmalıdır.
- 12- Muayene koltuğunda acil durumlar için tek hareketle durdurma düğmesi olmalıdır ve kontrol dışı müdahalelere karşı kilit butonu olmalıdır.
- 13- Çocuk hastaların rahat muayenesi için ayak koyma yeri kendi üzerinde katlanıp kapatılabilmelidir.
- 14- Ayak koyma yeri ve bacakların koltuğa değen kısımları dar olmalı, hekimin rahat işlem yapabilmesi sağlanmalıdır.
- 15- Muayene koltuğu, en çok 53-91cm arasında yukarı-aşağı yükselip alçalabilmelidir.
- 16- Ölçüleri maksimum yükseklik 1200mm, derinlik 1200mm, genişlik 620mm olmalıdır.
- 17- Koltuk ile aynı renkte, tekerlekli, hidrolik ve ayak basamaklı rahat hareket edebilen yapıda bir doktor taburesi birlikte verilmelidir.
- 18- 18-Özellikler yapılacak demo ile tüm kliniğe gösterilmelidir.