

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ ÜROLOJİ KLİNİĞİNDE PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ (PNL) OPERASYONUNDA KULLANILMAK ÜZERE GEREKLİ MALZEME ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 26/02/2018 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	TELSKOP	ADET	1		
2	OPERASYON KILIFI 24 Fr	ADET	1		
3	KAVRAMA FORSEPSİ BÜYÜK TAŞ	ADET	2		
4	DORMIA TAŞ BASKET	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uz.Dr.Hasan BALABAN

H. Balaban

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olduğundan ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (iki) yıl garantili olması.
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi olmak zorundadır.

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

PERKUTAN NEFROSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Setin bütünlüğü bozulmaması için sistemin tamamı için teklif verilmelidir.

1- 1 Adet Teleskop

- Teleskop 6-15° görüş açılı olmalıdır.
- Perkutan Nefroskopi operasyonları için kullanılabilir.
- Geniş açılı ve düz (leri görüşlü) olmalıdır.
- Lateral vizörlü olup, 3,5mm çapında enstrüman kanalı olmalıdır.
- Fiber optik ışık transmisyonlu olmalıdır.
- Teleskop çalışma uzunluğu 23-25 cm olmalıdır.

2- 1 Adet Operasyon Kılıfı, 24 Fr

- Perkutan Nefroskopi kılıfı 24 fr olmalıdır.
- Nefroskop ile ultrason, pnömotik ve elektrohidrolik probalar uyumlu kullanılabilir.
- Obturator ile birlikte verilmelidir.
- En az 3,5mm çapındaki enstrümanlar ile kullanılabilir.
- Kılıfın distal ucu düz tip ve kilit mekanizması bulunmalıdır.

3- 2 Adet Kayrama Forsepsi, Büyük Taş

- Perkutan Nefroskop ile büyük taş parçalarını çıkarmak için kullanılabilir.
- Dişli Çeneye sahip olmalıdır.
- Uzunluğu 36-43 cm olmalıdır.
- Çapı 3,5mm olmalıdır.

4- 1 Adet Dormia Taş Basket

- Çapı 5 fr ve çalışma uzunluğu 60cm olmalıdır.
- Elcek ve insert olmak üzere 2 parçadan oluşmalıdır.

5- 50 Adet Disposable Steril Perkutan Örtü Seti

- Disposable ve steril olmalıdır.
- Sıvı akışı için poşlu olmalıdır.
- Steril kutu içerisinde aşağıdaki ürünler olmalıdır.
- 2 adet Havlu
- 2 adet Korunmalı Cerrahi Önlük
- 1 Adet Skopi Kılıfı
- 1 Adet Kamera Kılıfı
- 1 Adet Yapışkan Baz
- 1 Adet Alet Masa Örtüsü
- 1 Adet Sterilizasyon Boşçası