

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 139
Konu : Mal Alımı Hk.

01/03/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizde yatmakta olan Abdurrahman Yıldırım adlı hastaya kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 5 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/f maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 05/03/2018 tarih ve saat 10:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	RADIUS VOLAR PLAK	ADET	1		
2	KİLİTLİ VİDA	ADET	8		
3	KİLİTSİZ VİDA	ADET	2		
4	PUTTY GREFT 5 ML	ADET	1		
5	SPONGİOZ GREFT 10 CC	ADET	1		
TOPLAM					

**Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe**

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiilî olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

(ÇOK EKSENLİ) MULTİAXİAL KİLİTLİ DİSTAL RADIUS VOLAR ANATOMİK TİTANYUM PLAK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Plak ve vidalar titanyum alaşımdan imal edilmiş olmalıdır.
- Setin plakları yumuşak doku travması yapmaması ve daha sert olmaları açısından iyonizasyon sistemi ile kaplamalı olup pürüzsüz yüzeyde olmalıdır.
- Plak isimleri UBB kayıtlarında **multiaxial** adı ile onaylı olmalıdır.
- Tüm plakların üzerinde Lazer Tekniği ile Ürün adı, CE işareti ve numarası, Üretici firma amblemi ve Lot numarası silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
- Plak üzerinde multiaksiyel delikleri gösteren yüzükler 3,5'lik ekstremite ve 5,0'lik ekstremite olmak üzere iki farklı renkten oluşmalıdır.
- Plak boyları sol sağ anatomik 2,3,4,5,10 delik olmalıdır. Plak başında en az 6 delik olmalıdır.
- Plak üzerinde kirsnerguide'leri olmalıdır. Set içerisinde kirsnerherteli bulunmalıdır.
- Multiaxial (çok eksenli) plaklar kırık hattı üzerinde pozisyonlandırma zorunluluğu olmadan düşük seviyelerde dahi kusursuz kırık redüksiyonu yapabilmelidir.
- Plak üzerinde yuvalarda açılanmasına ve kemiğe açılı vidalanmasına izin veren multiaxial yüzükler olmalıdır.
- Kilitleme mekanizmasında vidanın gömülerek doku hasarına minimal düzeye indirecek şekilde olmalıdır.
- Çıkma setleri içerisinde vidalara kolaylıkla açma veremeyi sağlayan kanüllüguide bulunmalıdır.
- Plakın kenarları dokulara hasarı engellemek için özellikle kenarları yuvarlatılmış olmalıdır.
- Set içerisinde distal radius volar plakseti bulunmalıdır.
- Multiaxial plaklar ameliyat esnasında kemik yüzeyine yerleştirildiğinde anatomiye uygun bir şekilde kemiğe uyum sağlamalıdır.
- Plak setinde self tapping özelliğe kilitli kilitli kortikal ve vidalar olmalıdır.
- Set içerisinde ki plakların kilitli ve dinamik kompresyon deliği olmalıdır.
- Ameliyathaneye teslim edilen malzemeler teknik şartnameye bire bir uygun olmalıdır.
- Plak vidaları 2.7 mm kilitli ve 2.7mm kortikalvida olmalıdır.
- Multiaxial plak ürünlerinin patent ve tasarım tescil numaraları idare tarafından istenildiğinde sunulmalıdır.
- Plaklar şeffaf ambalaj içerisinde bulunmalıdır.

TEKLİF VEREN FİRMALAR TEKLİFTEN 1 SAAT ÖNCE MALZEMEYİ GETİREREK ONAY ALACAKTIR AKSİ TAKDİRDE TEKLİFİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR

Ağrı Devlet Hastanesi
Op.Dr. Özgür BAŞAL
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.No:0804.A-043
Dip.Tes.No: 144946

AG3010

5 CC DBM PUTTY ŞARTNAMESİ

- 1.5 cc nin tamamı enjectable olmalıdır.
- 2.Ürün içerisinde küçük DBM parçacıkları bulunmalıdır.
- 3.%100 insan kaynaklı (allogreft) olmalıdır.
4. Oda ısısında saklanabilir olmalıdır.
- 5.UBB kaydı olmalı ve bu belgelendirilmelidir.
- 6.İnsan dokusu ile %100 uyumlu,biocompatible olmalıdır.
- 7.Osteoconduktive ve osteoinduktive olmalıdır.
- 8.En az 1 yıl miadlı olmalı ve bu kutunun üzerinde yazmalıdır.
- 9.İhaleye katılan firmanın yetkili bayilik belgesi olmalıdır.
- 10.Ürün,kataloglarıyla ve yayınlarıyla dünya çapında tanıtılmış olmalıdır.
11. Ürün gama ışını ile irrite edilmiş (Lyophilized) olmalıdır
- 12.Ürün ambalajı içerisinde hasta takip formu bulunmalıdır

Ağrı Devlet Hastanesi
Op.Dr.Özgür BAŞAL
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.No:0904A-043
Dip. Tes.No: 144946

**TEKLİF VEREN FİRMALAR TEKLİFTEN 1 SAAT ÖNCE MALZEMİYİ GETİREREK
ONAY ALACAKTIR AKSİ TAKDİRDE TEKLİFİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR**

SUT KODU: AG 2040

**10 CC SPONGIOZ ALLOGRAFT TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

- 1.10 cc nin tamamı tek kutuda olmalıdır.
- 2.%100 insan kaynaklı (allograft) olmalıdır.
- 3.Etilen oksit yada gama sterilizasyonlu aliminyum folyo içinde olmalıdır.Bu da kutu üzerinde yazmalıdır.
- 4.UBB kaydı olmalı ve bu belgelendirilmelidir.
- 5.İnsan dokusu ile %100 uyumlu,biocompatible olmalıdır.
- 6.Osteoconductive ve osteoinduktive olmalıdır.
- 7.En az 1 yıl miadlı olmalı ve bu kutunun üzerinde yazmalıdır.
- 8.İhaleye katılan firmanın yetkili bayilik belgesi olmalıdır.
- 9.Gerekli enfektif testlerinin yapılmış olduğu belgelendirilmelidir.
- 10.Ürün,kataloglarıyla ve yayınlarıyla dünya çapında tanıtılmış olmalıdır.
- 11.Oda ısısında saklanabilir olmalıdır.
- 12.Ürün ambalajı içerisinde hasta takip formu bulunmalıdır.
- 13.Ürün ambalajı gereği daha az yer kaplamalıdır.

**TEKLİF VEREN FİRMALAR TEKLİFTEN 1 SAAT ÖNCE MALZEMİYİ GETİREREK
ONAY ALACAKTIR AKSİ TAKDİRDE TEKLİFİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR**

Ağrı Devlet Hastanesi
Op.Dr.Özgür BAŞAL
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.No:0904.A-045
Dip.Tes.No: 144946