T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU HASTANEMİZ İHTİYACI OLAN AZOT PROTOKSİT GAZI ALIM İŞİ 07.03.2018

SAYIN .....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Uzm. Dr. Aykut BAŞER
Başhekim

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARİÇ)
1	AZOT PROTOKSİT GAZI	150	KG		
TOPLAM (KDV HARİÇ)					

NOTLAR

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

2 TEKLİFLERİN EN GEÇ 09.03.2018 Cuma . GÜNÜ SAAT 10:30'A KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.

4 TEKLİFLER (RAKAM VE YAZI İLE) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.

5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMEYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE EN GEÇ 1 AY SONRA ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

7 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

- AZOT PROTOKSİT GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İhale konusu Azot Protoksit Gazı hastaların ameliyatlarında kullanılacak olup verilecek gazdan doğabilecek her türlü komplikasyonlardan sadece firma sorumlu olacaktır. ve bu sorumluluğu ihalede belge ile taahhüt edecektir.
2. Azot Protoksit gazı yerli ise TSE belgesine ithal ise dünya standardı belgesinden birine sahip olacak ve ihalede belgelenecektir.
3. Verilecek Azot Protoksit Gazı; yerli ise üretim ve dolum belgesine ithal ise ithal, dolum ve depolama izin belgesine, yerli ise üretim, dolum ve depolama izin belgesine sahip olacaktır. Belge Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından verilmiş olacaktır. Ayrıca yüklenicinin depolama ve dağıtım izin belgesi olup, bu belge Sağlık Bakanlığına bağlı yetkili kurumlardan alınmış olacak ve belgelendirilecektir.
4. Azot Protoksit gazının içinde toksik maddelerin oranını belirten belgeyi ihalede vereceklerdir.

Verilecek Azot Protoksit gazı dolu tüpleri;

a) Boyalı olacak.
b) Tüplerde renk şeridi olacak
c) Tür üzerinde solunabilen ibaresi yazılı olacak.
d) Başlıklı ve başlıkları mühürlü olacak
e) Periyodik bakımları ve testleri yapılacak
f) Dolum ve test tarihlerini ihtiba eden etiket olacaktır.
g) Vanaları sağlam olarak verilecektir.(arızalı vanalar değiştirilecektir.)
h) Arızalı tüpler değiştirilecektir.
i) Tüpler ayrı tip olacak. (dikişsiz çelik tüp olacak)

5. Azot Protoksit tüplerinin dışı gri (ral 7000) renkte,üst kısmında mavi renkli şerit olacaktır ve tüpün içindeki gaz cinsinin çevresel olarak tüp üzerine tüp tabanından 2/3'ü yüksekliğe ve standartta uygun şekilde yazılmalıdır.
6. Azot protoksit tüp başının bir yanal yüzeyinde bulunması gereken işaretler;
   a) Üretici firma amblemi.
   b) Dikişsiz çelik tüplerin imalatı TS EN 9809-1,-2-3; 2011 işareti ve numarası.
   c) Seri numarası.
   d) Tüpün boş kütlesi (valf ve kapak hariç kg olacaktır.)
   e) Tüpleri muayene yapan firma ve kuruluşun tescil damgası.

7. Azot protoksit tüp başının karsıt yanal yüzeyinde bulunması gerekli işaretle
   a) Tüp sahibi firmanın adı ve markası
   b) Tüp sahibi firmaya ait tüp numarası
   c) Tüp üzerinde deney basıncı ve işletme basıncı (ib-pascal)
   d) Tüp boş kütlesi (kg) valf ve kapak dahil.
   e) Tüpün içerisindeki gazın çeşidi
   f) Tüpün geçerli muayenesinin yapıldığı tarih.
   g) Muayene yapan kuruluşun veya firmanın tescil markası

8. Tıbbi gaz tüplerinin bakım şartları ;
a) Kaynaklı çelik tüplerinin imalatı TS EN 1322-1:2006; TS EN 13322 -2:2006 ya göre
b) Dikişsiz çelik tüplerinin imalatı TS EN 9809-1,2,3 ;2011 e göre
c) Basınçlı gazlar kullanım sırasındaki periyodik bakım ve tamiri, muayene, deney kuralları TS EN 1803 ve TS EN 1968 e göre bir tüpün uzman kişilerce en geç 10 yılda bir kontrolünün yapılması
9. Dolumdan gelen tüpler mühürlü olacaktır.
10. Tüplerin nakil işlemleri boş tüplerin bağlandığı en son merkezden alınması ve dolumdan gelen tüplerin bağlandığı en son merkeze teslim ediklmesi firma taahhüdünde olacaktır. hastanelerin yer değişikliği yapması durumunda firmalar bu değişikliğe uyacaktır.
11. Dolumdan gelen tüplerin kontrolü hastane teknik muayene komisyonu tarafından yapılacaktır. Eksik veya arızalı gelen tüpler dolum için firmaya şiade edilir ve kurumdan ikinci bir dolum ücreti talep edilemez tüplerin arızalı ventil, kelebek, rot vb. ekipman arını değiştirme işlemlerini ve gerektiğinde boyarna işlemlerini yüklenici yapacaktır. Ve bunlar için ayrıca ücret talep edilmeyecektir. Tüplerin ventilleri TS EN ISO 10297:2008 standartlarına uygun olacaktır.
12. Dolum yapılacak tüpler firma tarafından karşılanacaktır.
13. İhtiyacı bildirilen tüpler hastaneye en geç 24 saat içinde ve mesai saati içinde teslim edilecektir. Aksi halde her geçen gün için cezai müeyyide uygulanacaktır. İhtiyaç telefon veya faksla bildirilecektir.
14. Azot protoksit gazı tüpleri hastanenin belirleyeceği kişiye teslim edilecektir.
15. Tüplerdeki gaz miktarı kilogram olarak belirtilecek kontrollerde miktarların eksik çıkması durumunda tüplere hiçbir ücret ödemeksizin hastaneye kalacaktır.
16. Tüplerdeki azot protoksit gazı miktarı ;
    a) Azot protoksit gazı miktarı boş verilen ve sonrasında dolu alınan tüpün tartım sonucu kilogram olarak farkı alınarak tespit edilecektir.