


**T. C.**  
**AĞRI VALİLİĞİ**  
İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/159  
Konu : Mal Alımı Hk.

14/03/2018

**Teklif Davet**

*Sağlık tesisimizin ihtiyacı duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 3 **Kalem Malzeme Alım İş** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 16/03/2018 tarih ve saat **17:00'a** kadar 0472 215 34 22 numaralı belgegeçere veya [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine göndermenizi rica ederim.*

  
Beymal ULUTAŞ  
İdari Ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	STERİL SMEAR FIRÇASI	ADET	1500		
2	SMEAR KABI	ADET	1500		
3	SMEAR ÇUBUĞU	ADET	1500		

**Firma Yetkilisi**

**İmza Kaşe**

**NOTLAR**

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiilî olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-**Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.**
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

## 206- SMEAR ÇUBUĞU VE KABI

### SMEAR ÇUBUĞU

- 1) Ürün fırça ve sap olmak üzere iki parçadan oluşmuş, fırça ve sap birbirine montaj edilmiş durumda olmalıdır.
- 2) Fırça ve sap kullanım sırasında birbirinden ayrılmamalı, fırça operasyon sonrası parmak ucuyla itirilerek numune kabına aktarılabilir.
- 3) Fırça naturel plastikten yapılmış olmalı, dokuya zarar vermeyecek yumuşaklıkta olmalıdır.
- 4) Ürün tekli steril ambalajda olmalı, ürün miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
- 5) Ürün ambalajı üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, firma bilgileri bulunmalıdır.

### SMEAR KABI

- 1) Smear kabı sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 2) Tam kapatıldığında sızdırmaz olacak şekilde kendinden kapaklı olmalıdır.
- 3) Otomatik taşıma sistemlerinde yapılacak nakil işlemine karşı sızdırma, açılma yapmadan taşınabilecek güvenlikte olmalıdır.
- 4) Smear kabı içi, alınan smear numune fırçasını, rahatça saklayacak genişlikte olmalıdır.
- 5) Smear kabı içinde, dar yan kısımlarda lam lam saklama kanalı şeklinde çıkıntılı seperatör rayı olmalıdır.
- 6) Kap içi derinliği en az 50 mm olmalıdır.
- 8) Ürün miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
- 9) Koli etiketi üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, firma bilgileri bulunmalıdır

Op. Dr. S. S. GÜLER  
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı  
Dip. Tes. No: 121338  
Ağrı Devlet Hastanesi

Uz. Dr. S. S. SAĞOL  
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı  
Dip. Tes. No: 117537  
Ağrı Devlet Hastanesi

Op. Dr. S. S. SAĞOL  
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı  
Dip. Tes. No: 133937  
Ağrı Devlet Hastanesi

## STERİL SMEAR FIRÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İKİ PARÇADAN OLUŞMALIDIR SAP VE UÇ İSTENDİĞİNDE BİRBİRİNDEN AYRILABİLMELİDİR.
2. UYGULAMADA MAKSİMUM KÜLTÜR ALMASI İÇİN TEMAS UÇLARI ORTADA EN UZUN KENARLARA DOĞRU SİMETRİK OLARAK İKİ YÖNLÜ KISALAN FIRÇA ŞEKLİNDE OLMALIDIR.
3. FIRÇA DOKUYA ZARAR VERMEMESİ İÇİN YUMUŞAK OLMALIDIR.
4. TEK KULLANIMLIK STERİL PAKETLERDE OLMALIDIR,
5. PAKET ÜZERİNDE ÜRETİM,SON KULLANIM VE BARKOT NUMARASI OLMALIDIR
6. AMBALAJ ŞEKLİ 100'LÜ KUTULARDA OLMALIDIR.
7. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA (TİTUBB) KAYITLI VE ÜRÜNLERDE SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR İBARESİ OLMALIDIR.
8. İHALEYE KATILAN FİRMA SÖZ KONUSU ÜRÜNE AİT BAYİLİK KODU DA BULUNUCAKTIR.
9. NUMUNE DENENDİKTEN SONRA UYGUNLUK VERİLECEKTİR

  
Op. Dr. Serkan GÜLER  
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı  
Dip. Tes. No: 121338  
Ağrı Devlet Hastanesi

  
Uz. Dr. Serkan SAĞCI  
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı  
Dip. Tes. No: 117537  
Ağrı Devlet Hastanesi

  
Op. Dr. Serkan SAĞCI  
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm.  
Dip. Tes. No: 117537  
Ağrı Devlet Hastanesi