

556

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr.Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan 8/0 POLYGLACTİNE SPATÜL İĞNE ALIMI işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 19/03/2018 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	8/0 POLYGLACTİNE SPATÜL İĞNE	ADET	40		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uz.Dr.Hasan BALABAN

BALABAN

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

T.C. AĞRI KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
DOĞUBEYAZIT DOÇ. DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ
BAŞHEKİMLİĞİNE

1) 8 Vicryl teknik şartnamesi (80 adet)

GENEL ÖZELLİKLERİ:

- 1-İplikler kolay düğüm tutacak, kopmayacak ve tiftiklenme yapmayacaktır.
- 2-Teknik şartnameye verilen cevaplar teklif edilen ürünün orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında farklılık bulunursa firma ihale dışı kalacaktır.
- 3-Malzemenin dış paketi su ve nemden etkilenmeyen, yırtılmayan medikal tıbbi kağıttan mamül olmalıdır.
- 4-Ürünün ambalajı açıldıktan sonra; iğne görülebilir konumda olmalı ,direkt olarak porteküye takılabilecek şekilde paketlenmiş olmalı.İplikler kıvrımsız ve düğümsüz çıkabilmesi için makara sistemine sarılı olmalıdır.
- 5-Çift ambalaj olan Ürünlerin hem dış hemde ameliyat masasına açılan iç paketinde ürüne ait tüm bilgiler bulunmalıdır.
- 6-Paketleme üzerindeki bilgiler okunabilir olmalı,yapıştırma olmamalıdır.
- 7-İğne iplik birleşim yeri sağlam olmalı.Lazer sistemi ile delinmiş olmalı,iğne iplikten kolay ayrılmalıdır.
- 8-Cerrahi iplik boyu istenilen boyuttan %10 tolerans olmalıdır.
- 9-İğne boyu 10mm kadar birebir özellikte 10mm-20mm arası +/-1 mm 20mm üzerindeki iğnelerde +/- 2mm tolerans tanınır.
- 10- Teslim tarihinden itibaren her bir malzemenin miyadı en az 3 yıl olmalıdır.Miyad sorunu oluştuğu takdirde firma değiştirme tahahüd etmeli ve sağlamalıdır.
- 11-Tüm malzemelerde numune değerlendirmesi yapılacaktır. 5 (Beş)adet numune verilecektir.

POLYAMİD 8/0 5*13 YUV.M.II30-140 mikron

1. Malzeme içeriği Polyamid 6.6 veya 68-66'dan olmalıdır
2. Malzeme mavi ve siyah renkli olmalıdır
3. Sentetik, monoflaman, emilmeyen olmalıdır.
4. Malzeme pürüzsüz ve yumuşak olmalıdır
5. Doku reaksiyonu minimum olmalıdır
6. Absorbe olmayan sütür sınıfına girse de her yıl % 15-20'si vücut tarafından hidroliz yolu ile emilmelidir.
7. Sütür iğnesi en az 5mm çaplı yuvarlak mikro iğneli ve iplik uzunluğu en az13 cm olmalıdır.

2) 4.0 PROLEN SÜTÜR (20 adet)

GENEL ÖZELLİKLERİ:

- 1-İplikler kolay düğüm tutacak,kopmayacak ve tiftiklenme yapmayacaktır.
- 2-Teknik şartnameye verilen cevaplar teklif edilen ürünün orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında farklılık bulunursa firma ihale dışı kalacaktır.
- 3-Malzemenin dış paketi su ve nemden etkilenmeyen, yırtılmayan medikal tıbbi kağıttan mamül olmalıdır.
- 4-Ürünün ambalajı açıldıktan sonra; iğne görülebilir konumda olmalı ,direkt olarak porteküye takılabilecek şekilde paketlenmiş olmalı.İplikler kıvrımsız ve düğümsüz çıkabilmesi için makara sistemine sarılı olmalıdır.
- 5-Çift ambalaj olan Ürünlerin hem dış hemde ameliyat masasına açılan iç paketinde ürüne ait