

**T. C.**  
**AĞRI VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 174  
Konu : Mal Alımı Hk.

16/03/2018

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 3 Kalem Mal Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 19/03/2018 tarih ve saat 10:00'e kadar (0472) 215 3422 numaralı belgegeçere veya [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	PETAŞ MARKA KARDİOPET 600 CİHAZINA UYUMLU EKG KABLOSU	ADET	3		
2	PETAŞ MARKA 600 MODEL KOTER CİHAZINA UYUMLU BİPOLAR AYAK PEDALI	ADET	3		
3	PETAŞ MARKA 600 MODEL KOTER CİHAZINA UYUMLU MONOPOLAR AYAK PEDALI	ADET	3		
4	PETAŞ MARKA 500S MODEL KOTER CİHAZINA UYUMLU MONOPOLAR AYAK PEDALI	ADET	3		
TOPLAM					

**Firma Yetkilisi**  
**İmza/Kaşe**

**NOTLAR**

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

## EKG KABLOSU (10'LU ) ŞARTNAMESİ

1. EKG çekiminde kullanılabilir, parazit yapmayacak nitelikte olmalıdır.
2. Kablo T.D.U plastikten yapılmış olmalıdır.
3. Kablo uçları mandal ve par ekg elektrodu ile kullanılır yapıda olmalıdır.
4. Uçlar üzerinde silinmeyecek yapıda derivasyon kodları olmalıdır.
5. Ana arter kablo en az 170 cm. ekstremiteler derivasyon kablo uzunluğu en az 80 cm. göğüs derivasyon kablo uzunluğu en az 80 cm. olmalıdır.
6. CE belgesi olmalıdır.
7. Petaş marka Kardiopet 600 cihazına uyumlu ve orijinal olmalıdır.
8. Cihaz üretici firma yada distribütör firma yetki belgesi istenecektir.
9. Teklif edilen ürün üretici onaylı olmalıdır.

SAGLIK BAKANLIĞI  
AGRI DEVLET HASTANESİ  
Uzm. Dr. HÜSEYİN YÜZER  
Dip. Tes. No: 156518  
Ağrı Tıp Uzmanı

1) BİPOLAR AYAK PEDALI  
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- I. Petaş marka 600 model koter cihazına uygun olmalıdır.
- II. Alet, üzerinde orijinal markası bulundurmalıdır.
- III. 1 yıl garantisi olmalıdır.
- IV. Alet orijinal kutusu içinde olup, üzerinde seri numarası yazılmış olmalıdır.
- V. Uluslararası geçerli kalite belgesine sahip olmalıdır.


VI. Yüklenici orijinal olduğunu belgelenmelidir.  
Kabul işlemleri numuneler değerlendirildikten sonra  
yapılacaktır.

Fuat Duran  


**6) MONOPOLAR AYAK PEDALI**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- I. Petaş marka 600 model koter cihazına uygun olmalıdır.
- II. Alet, üzerinde orijinal markası bulundurmamalıdır.
- III. 1 yıl garantisi olmalıdır.
- IV. Alet orijinal kutusu içinde olup, üzerinde seri numarası yazılmış olmalıdır.
- V. Uluslararası geçerli kalite belgesine sahip olmalıdır.

Yüklenici orijinal olduğunu belgelemelidir.  
Kabul işlemleri numuneler değerlendirildikten sonra yapılacaktır.

Fırat DURAK  


**8) MONOPOLAR AYAK PEDALI**

**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- I. Petaş marka 500s model koter cihazına uygun olmalıdır.
- II. Alet, üzerinde orijinal markası bulundurmaldır.
- III. 1 yıl garantisi olmalıdır.
- IV. Alet orijinal kutusu içinde olup, üzerinde seri numarası yazmış olmalıdır.
- V. Uluslararası geçerli kalite belgesine sahip olmalıdır.

Yüklenici orijinal olduğunu belgelemelidir.  
Kabul işlemleri numuneler değerlendirildikten sonra  
yapılacaktır.

Fırat DURAK  
