

613

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **YENİDOĞAN YOĞUNBAKIM BİRİMİ İÇİN SLE 2000 MODEL VENTİLATÖRE UYGUN SOLUNUM DEVRESİ ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 26/03/2018 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Yakup ÇOBAN
İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	SOLUNUM DEVRESİ	ADET	50		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uz.Dr.Hasan BALABAN
BAŞHEKİM

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı Yolu üzeri 5.km Dogubayazıt / AGRİ DOĞUBAYAZIT AGRİ
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

SOLUNUM DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hasta devresi en az 1.1 mısırcılı inspirasyon hattı, su tutuculu ekspirasyon hattı, ara hortum , basınç ölçüm hattından oluşmalı ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ventilator chamber ara hortumu 0.3 m olmalıdır.
3. Hasta denresinin inspirasyon hattı içerisindeki ısıtıcı teller spiralli yapıda olmalıdır ve bu özellik sayesinde devre içindeki hava homojen bir şekilde hastaya gönderilmeli ve inspirasyon hattı içerisinde su yoğunlaşması önlenmelidir.
4. Inspasyon hattındaki basınç ölçüm portu ve çentikli yapıya sahip olmalıdır. bu sayede sensör ölçüm kablosu tam olarak oturmalıdır.
5. Hasta devresi pediatrik/yenidoğan hastalarda kullanıma uygun olmalı ve üzerinde nitrik oksit portu bulunmalıdır.
6. Hasta devresini "Y" konnektör kısmı hastaya göre 360 derece dönebilen yapıya sahip olmalıdır.
7. Hasta devresinin içerisinde ventilatörlerle uyumu sağlayacak konnektör olmalıdır.
8. Hasta devresinin içerisinde 1[bir] adet çift cidarlı bakteri-virüs filtresi bulunmalıdır.
9. Hasta devresi bölümde bulunan SLE 2000 ventilatör ile uyumlu olmalıdır.
10. Hasta devresi içeriğinde düşük akım oksijen uygulamaları için adaptör kit bulunmalıdır.
11. Hasta devresi paketi içerisinde bir adet çift şamandıralı otomatik beslemeli chamber bulunmalıdır.
12. Hasta güvenliği açısından chamber içerisinde birincisi arızalandığında otomatik olarak devreye girecek ikinci farklı renkte bir şamandıra bulunmalı ve bu husus chamberin broşüründe açıkça yer almalıdır. otomatik besleme mekanizmasında kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan (klemp ve benzeri) dolun yapabilecek tasarım ve yapıda olmalıdır.
13. Hasta devresi içeriğinde pressure line olmalıdır.
14. Hasta devresi hastanemizde kullanılan ventilatör cihazı ve nemlendirici ile uyumlu olmalıdır.
15. Hasta devresi CE belgeli olmalıdır.
16. Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneler denenecektir. numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Kamu Hastaneler Bölgesi
Doc. Dr. Yusuf Erilmez
Doğruye, 1111
Uzm. Dr. Emine BARATALI
Cocuk Sağligi Uzmanlari Uzmani
Dip. Tesc. No: 158528

Nurcan KANDEMİR
Hemşire
Nurcan