


T.C
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/199
Konu : Mal Alımı Hk.

28/03/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimize başvuran Sürmeli GÖKÇEK isimli hastaya kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 2 Kalem Tıbbi Malzeme Alım İşi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/F maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 29/04/2018 tarih ve saat 09:00'a kadar 0472 215 34 22 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.


Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler

Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	PFN ÇİVİSİ	ADET	1		
2	KİLİTLEME ÇİVİSİ	ADET	4		

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiilî olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

TİTANYUM GAMA FEMUR İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ

- 1) Femoral kanala proksimalden çakılmaya uygun olup titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.
 - 2) Anatomik eğimli ve kanüle olmalıdır.
 - 3) Proksimal vida trokanter majörden minöre doğru yönelimli olmalıdır.
 - 4) Distalde en az 2 vida deliği olmalıdır.
 - 5) Proksimalde gerekirse boyuna doğru 2 vida göndermek mümkün olacak dizayna sahip olmalıdır.
 - 6) Çiviler sağ ve sol olarak en az 4 farklı çap ve boylara sahip olmalıdır.
 - 7) Proksimal vidalar uygun uzunluklara sahip olmalıdır.
 - 8) Başlık vidası enaz 3 boy olmalıdır ve çivinin üst kısmı kapatılabilmelidir.
 - 9) Ameliyat zamanını azaltmak amacı ile çakma setinde distal guide'ı olmalıdır.
 - 10) Malzemelerin üzerinde üretici firma adı, lot numarası ve CE amblemi bulunmalıdır.
 - 11) Setin içindeki vidalar, çiviler ve end-cup lar titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.
- GAMA İNTRAMEDÜLLER FEMUR
- BOYUN LAG VİDASI
- KİLİTLEME VİDASI
- TEPE VİDASI

Ağrı Devlet Hastanesi
Op.Dr. Özgür MASAL
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.No: 097 A 043
Dip. Tes.No: 144946