


T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ *206*
Konu : Malzeme Alımı Hk.

30/03/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 3 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 02/04/2018 tarih ve saat 14:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	İPLİK VİCRLY 8/0	ADET	156		
2	İPLİK VİCRLY 9/0	ADET	120		
3	İPLİK VİCRLY 10/0	ADET	60		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-**Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.**
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

Mehmet Can Ubur
150361
-810

SÜTÜR POLİGLAKTİN 10/0-9/0 SPATÜL UÇLU

- 1- Malzeme içeriği Polyglactin 910 olmalıdır.
- 2-İçerik %90 Glikolik Asit ve %10 L-Lactid kopolimerlerinden oluşmalıdır.Yada belirtilen oranlara yakın oranlardan oluşmalıdır.
- 3- Kaplaması poly-glycolide-L-lactide ve calcium stearat olmalıdır
- 4- Kaplaması sütün üzerinden sıyrılmamalıdır.
- 5-Sentetik ve multiflament yapıda olmalıdır.
- 6- Emilim süresi 56-70 gün olmalıdır
- 7- Kalınlıkları düğüm atma kabiliyetleri ve iğne iplik kombinasyonu U.S.P. (United States Pharmacope) ve E.P. (European Pharmacope) uygun olmalıdır.
- 8- Sentetik multiflament absorbable cerrahi iplik cerrahi iğneye takılı durumda ve kıvrılmayı engelleyecek şekilde paketlenmiş olmalı,iğne tutulup çekildiğinde ,iplik tek hamlede poşetten düz bir biçimde çıkmalı,iplik poşetten çıktığında kıvrımlar minimum olmalıdır.İplik paketten çıkarken düğüm olmamalıdır.
- 9- Sentetik multiflament absorbe olan cerrahi iplik steril olmalıdır.
- 10- Birim ambalaj; kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde iç ve dış olmak üzere iki ayrı steril ambalajdan meydana gelmiş olmalıdır. Orijinal ambalaj üzerinde yapıştırmalı etiket ve sticker kesinlikle olmamalı, ürün ile ilgili açıklayıcı bilgiler steril iç ambalaj üzerine basılı olmalıdır. Ürünlerin kutuları üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalı ve teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl miadlı olmalıdır.
- 11-iğne boyu 10mm'nin üzerindeki için +/- % 10 tolerans tanınmalıdır.Sütün boyu 45cm üzerindeki için +/- %10 tolerans tanınmalıdır.
- 12- Sütün iğnesi kıvrılmaya yada bükülmeye karşı dayanıklı olması için özel alaşımli 455 çelikten imal edilmiş olmalı ve min. %8 max. % 12 oranında NİKEL, min. %11-max. %20 CROM ve %0,15 karbon ihtiva etmelidir. dokudan atravmatik geçiş yapabilmesi için silikonize olmalıdır.
- 13- İğne iplik birleşimi Lazer Drill teknolojisi ile yapılmış olmalı ve deklarasyonu mutlaka yapılmalıdır.
14. Ürünlerin ambalajları her aşamada cihaz kullanımına gerek duyulmaksızın elle kolaylıkla açılmalıdır. Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır.
 - . iğne cinsi,adedi ve mm olarak iğne boyu
 - . iğne büyüklüğü 1/1 oranında
 - . sütün kalınlığı (E.P. ve U.S.P. olarak),uzunluğu ve rengi
 - . steril ibaresi ve sterilizasyon metodu
 - . her poşetin üzerinde CE logosu olmalı
- 15- Ürünün UBB kaydı olmalıdır.
- 16- İhaleye girecek firmalar teklifleri ile birlikte test ve değerlendirme amaçlı numune vereceklerdir. Numuneler denenecek hasta güvenliği ve istenilen özellikleri ihtiva edip etmediği konusunda karşılaştırma yapılacaktır ve komisyon üyelerinin onayı alındıktan sonra teklifler değerlendirilecektir.

Mehmet CAN UBUR
Plastik Cerrahisi
Dip. Tes. No : 150361