

**T. C.**  
**AĞRI VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 209  
Konu : Malzeme Alımı Hk.

30/03/2018

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 14 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 02/03/2018 tarih ve saat 12:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

  
Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	EKG MANDALI	KUTU	10		
2	EKG PUARI	KUTU	10		
3	BIOCARE MARKA CİHAZA UYUMLU EKG KABLOSU	ADET	6		
4	FAN	ADET	1		
5	BİSTOS BT-350 FETAL MONİTÖR CİHAZINA UYUMLU NST YAZICI KAPAĞI	ADET	1		
6	LUCK COME PLUSMED FETAL MONİTÖR CİHAZINA UYUMLU NST YAZICI KAPAĞI	ADET	1		
7	EDAN İM70 HASTABAŞI MONİTÖRÜNE UYUMLU NIBP ARA KABLOSU	ADET	2		
8	EDAN İM70 HASTABAŞI MONİTÖRÜNE UYUMLU TANSİYON MAŞONU	ADET	2		
9	EDAN İM70 HASTABAŞI MONİTÖRÜNE UYUMLU SPO2	ADET	2		
10	EDAN İM70 HASTABAŞI MONİTÖRÜNE UYUMLU EKG KABLOSU	ADET	2		
11	BİONET BM3 HASTABAŞI MONİTÖRÜNE UYUMLU NIBP ARA KABLOSU	ADET	2		

12	BİONET BM3 HASTABAŞI MONİTÖRÜNE UYUMLU TANSİYON MAŞONU	ADET	2		
13	BİONET BM3 HASTABAŞI MONİTÖRÜNE UYUMLU SPO2	ADET	2		
14	BİONET BM3 HASTABAŞI MONİTÖRÜNE UYUMLU EKG KABLOSU	ADET	2		
				TOPLAM	

**Firma Yetkilisi**  
**İmza/Kaşe**

**NOTLAR**

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

## EKG MANDALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Mandallar EKG çekiminin yapılmasına uygun olmalıdır.
- 2-Mandallar tüm metal yüzeyi gümüş-klorür(Ag/AgCL) kaplı olmalıdır.
- 3- yüzeyi pürüzlü ve delik olmamalı.
- 4-İletgenliği yüksek olmalıdır.
- 5-Bağlantı noktası sayesinde düz pim banana yada çıt çıt uçlu kablolara takılabilmelidir.
- 6-Metal kısımları paslanmaz olmalıdır.
- 7-Mandallar 4 set halinde bir ambalaj içinde olmalı.
- 8-Mandallar yetişkin hastaların kullanımına uygun olmalı.
- 9-Mandallar 2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve Ulusal olacaktır.
- 10-Mandallar belirtilen koşullara uymadığı takdirde kurulan komisyon hiçbir sebep belirtmeksizin iade edebilir.

*Fırat Durak*



## EKG PUARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Puar EKG çekiminin yapılmasına uygun olmalıdır.
- 2-Puarların tüm metal yüzeyi gümüş-klorür(Ag/AgCL) kaplı olmalıdır.
- 3-Puarların yüzeyi pürüzlü ve delik olmamalı.
- 4-İletgenliği yüksek olmalıdır.
- 5-Bağlantı noktası sayesinde düz pim banana yada çit çit uçlu kablolarla takılabilmelidir.
- 6-Metal kısımları paslanmaz olmalıdır.
- 7-Puarlar camları dahil 6 set halinde bir ambalaj içinde olmalı.
- 8-Puarlar yetişkin hastaların kullanımına uygun olmalı.
- 9-Puarların cam kısmı ile porselen kısmı arasında hava kaçırması olmamalıdır.
- 10-Puarlar 2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve Ulusal olacaktır.
- 11-Puarlar belirtilen koşullara uymadığı takdirde kurulan komisyon hiçbir sebep belirtmeksizin iade edebilir.

*Kıran Duran*

## EKG CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ


1-BİOCARE marka cihaza uygun olmalıdır.

2-Alet, orijinal karton kutusu içerisinde olup, kutu üzerinde marka, model, seri numaraları ile üretici ve ithalatçı firma belirtilmiş olmalıdır.

3-Alet 1 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve Ulusal olacaktır.

4-Alet belirtilen koşullara uymadığı takdirde kurulan komisyon hiçbir sebep belirtmeksizin iade edebilir.

Firat Durak



## SOĞUK PLAKA CİHAZI FAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-THERMO ELECTRON B64100012 Histocentre 3 Cold Plate model cihaza uygun olmalıdır.


2-Fan 230V. 50Hz 120mA 19w.—230V. 60 Hz. 115mA 18W. Olmalıdır.

3-Alet, orijinal karton kutusu içerisinde olup, kutu üzerinde marka, model, seri numaraları ile üretici ve ithalatçı firma belirtilmiş olmalıdır.

4-Alet 1 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve Ulusal olacaktır.

5-Alet belirtilen koşullara uymadığı takdirde kurulan komisyon hiçbir sebep belirtmeksizin iade edebilir.

*Firas Dursak*



## NST CİHAZI YAZICI KAPAĐI TEKNİK ŐARTNAMESİ

1-BİSTOS BT-350 FETAL MONİTÖR model cihaza uygun olmalıdır.

2-Alet, orijinal karton kutusu ierisinde olup, kutu üzerinde marka, model, seri numaraları ile üretici ve ithalatı firma belirtilmiş olmalıdır.

3-Alet 1 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve Ulusal olacaktır.

4-Alet belirtilen koşullara uymadığı takdirde kurulan komisyon hiçbir sebep belirtmeksizin iade edebilir.

Fırat DUNAK



## NST CİHAZI YAZICI KAPAĐI TEKNİK ŐARTNAMESİ


1-LUCK COME PLUSMED FETAL MONİTÖR model cihaza uygun olmalıdır.

2-Alet, orijinal karton kutusu ierisinde olup, kutu üzerinde marka, model, seri numaraları ile üretici ve ithalatı firma belirtilmiŐ olmalıdır.

3-Alet 1 yıl garantili olmalı, uluslararası geerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve Ulusal olacaktır.

4-Alet belirtilen koŐullara uymadıĐı takdirde kurulan komisyon hibir sebep belirtmeksizin iade edebilir.

Fırat DURAK





## HASTABAŐI MONİTÖR TEKNİK ŐARTNAMESİ


1-EDAN İM70 hastabaŐı monitör modele cihaza uygun olmalıdır.

2-Alet, orijinal karton kutusu ierisinde olup, kutu üzerinde marka, model, seri numaraları ile üretici ve ithalatı firma belirtilmiŐ olmalıdır.

3-Alet 1 yıl garantili olmalı, uluslararası geerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve Ulusal olacaktır.

4-Alet belirtilen koŐullara uymadıĐı takdirde kurulan komisyon hibir sebep belirtmeksizin iade edebilir.

Firat DRAK



## HASTABAŐI MONİTÖR TEKNİK ŐARTNAMESİ

1-BİONET BM3 hastabaŐı monitör modele cihaza uygun olmalıdır.

2-Alet, orijinal karton kutusu ierisinde olup, kutu zerinde marka, model, seri numaraları ile retici ve ithalatı firma belirtilmiŐ olmalıdır.

3-Alet 1 yıl garantili olmalı, uluslararası geerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve Ulusal olacaktır.

4-Alet belirtilen koŐullara uymadıĐı takdirde kurulan komisyon hibir sebep belirtmeksizin iade edebilir.

Fırat DURAK

