T.C
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/211 03/04/2018
Konu : Mal Alımı Hk.

Teklife Davet

*Sağlık tesisimize başvuran Emrah UÇAK isimli hastaya kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **3 Kalem Tıbbi Malzeme Alım İşi** 4734 sayılı ihale Kanunun **22/F** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **05/04/2018** tarih ve saat **09:00'a** kadar 0472 215 34 22 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.*

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	MİNİ PLAK	ADET	1		
2	VİDA	ADET	8		
3	ANCHOR 3.5 MM	ADET	2		

NOTLAR

1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
5-Fiilî olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
7-Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

1

TİTANYUM PLAK VİDA SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüm plaklar saf titanyum maddeden vidalar titanyum alaşımdan mamul olmalıdır.(Ti6AL-7NB).ISO 5832 ve ASTMF 67 standartlarına uygun olmalıdır.

2. Titanyum plak ve vida sistemlerinde mini(2.7mm) rekonstrüksiyon kilitli(2.4mm) sistem seçenekleri olmalıdır.

3. Mini titanyum plaklar mini titanyum kompresyon plakları ve mini kilitli plaklar 1.0mm kalınlığında ve grade 2 titanyumdan mikro titanyum plaklar 0.6mm kalınlığında ve grade 4 titanyumdan rekonstrüksiyon plaklar 2.0mm kalınlığında ve grade 4 titanyum rekonstrüksiyon kompresyon plakları 1.7mm kalınlığında ve grade 4 titanyumdan rekonstrüksiyon kilitli plaklar 2.6mm kalınlığında ve grade 4 titanyumdan üretilmiş olmalıdır.

4. Mini ve mikro komporesyon plak vidaları 2.0mm çapında acil vidaları ise 2.3mm çapında olmalıdır. Mikro plak vidalar 1.6mm çapında acil vidalar ise 1.9mm çapında olmalıdır. Rekonstrüksiyon plak vidaları 2.7mm çapında acil vidaları ise 3.0mm çapında olmalıdır.

5. Mini kilitli plak vidaları 2.0mm çapında acil vidaları ise 2.3mm çapında olmalıdır. Rekonstrüksiyon kilitli plak vidaları 2.4mm acil vidaları ise 2.7mm çapında olmalıdır. İstek doğrıltusunda değişik boy ve ebatları bulunmalıdır. 2.4mm vidaların kilitsiz vidaları da set içerisinde bulunmalıdır.

6. Tüm sistemlerdeki vidalarda Self-Tapping özelliği olmalıdır.

7. Mini kilitli ve rekonstrüksiyon kilitli plak ve vida setleri içinde plak bikme işlemi esnasında vidalı delik formlarının bozulmasını engelleyecek yardımcı vidaları bulunmalıdır. Mini kilitli plakların rekonstrüksiyon kilitli plakların vida yuvarları vidaların tam larak tesbştlenmesi amaçlı olarak yiv yapıda olmalıdır.

8. Rekonstrüksiyon(2.7mm) ve rekonstrüksiyon kilitli (2.4m) sistem plakları için seylerin içerisinde plak çeşitlerine göre yapılmış kolay şekli verilebilir Template'leri olmalıdır.

9. Mini(2.00öö) mini kilitli(2.0mm) için drill çapı 1.6mm mikro(1.6mm) için drill çapı 1.2mm rekonstrüksiyon kilitli(2.4mm) için drill çapı 1.6mm olmalıdır.

10. Sistem içerisinde orbita tabanı ve orbita duvarı kırıkları için tasarlanmış plaklar olmalıdır. Buu plaklar uygulanacakları bölge itibariyle 0.3mm kalınlıkta olmalıdır. Plakların hasta çeşitliliğine ve anatomik yapıya uygun farklı ekilleri de olmalıdır.

11. Sistem içerisinde İnter Maksiller fiksasyon için vida başında çelik bağalama tellerinin geöebileceği şekilde delkleri olan titanyum inter maksiler fiksasyon vidaları olmalıdır.

12. İnter maksiller fiksasyon vidalarının drill gerektirmeyen Auto driver vida uçlu ve Self Tapping uçlu çeşitleri olmalıdır.

13. Biyo uyumlu olmalıdır.

14. Korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. Katılımcı firma belgelemelidir.

15. Röntgende görülebilmeli CT ve MRI uyumlu olmalıdır. Katılımcı firma belgelemelidir.

16. Görünüş olarak yüzeylerinde katmer,çıkıntı,çapak,boşluk,çukur, gözenek,ezik,çatlak zımpara izi,son işlem artığı diğer yabancı maddler keskin kenar ve köşeler bulunmamalıdır.

17. İstem yapılan ürünlerden ISO 9585 kalite standartlarına göre test edilebilir özellikte olanlar için bükme test raporları ihale dosyasına verilecektir. Bu test raporları teslim edilecek olan ürünlere ait Lot numaralı(parti nolu) rünlere yapılmış olan test raporları olmalıdır.

18. Teklif edilecek ürün grıplarından her bir gruba ait olan 1'er adet plak için öceden yapılmış olan "FATIQUE" test sonuları ihale dosyasına verilecektir.

19. Ürünler uluslar arası ve ulusal standart kalite belgeleri olmalıdır. İhaleye katılacak olan firmaların ISO 9001:2008,ISO 13485:2003,MDD 93/42/EEC(CE) ve TSE(TSEK) belgeleri olmalı ve ihale dosyasında sunulmalıdır.

20. İhalede teklif verilen tüm ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu onayları olmalıdır. Onaylı ürünlerin internet çıktıları ihale dosyasına sunulmalıdır.

21. İstenilmesi halinde özellikle ağız içi fiksasyonlar için tasarlanmış olan manuel veya mikro motor istemine bağlanarak kullanılabilen 90 derece açılı ağız içi trnavida sisteme dahil edilmelidir.

22. İstemi yapılan tüm ürün gruplarının tamamına fiyat verilmesi sistemlerin birbiri ile uyumlu olması açısından zorunludur.(farklı sistemler birbiri ile uyumsuzluk gösterir)

23. İhale ile toplu satın alınacak plak ve vida sistemleri ile beraner aşağıda açıklaması yapılmış olan uygulama setleri ücretsiz verilecektir. Hasta başı alımlarda ise uygulama setleri operasyon öncesi teslim edilecek,operasyon sonrası firmaya geri iade edilecektir.

24. İstenilen malzemelerin ihalenin sonlanma saatinden itibaren 1 saat içinde teslim edilmesi gerekmektedir.

2. Anchor

- 3,5 mm çapta, titanyum malzeme, üretilmiş, CE sertifikalı ve MRI uyumlu olmalı
- Dikiş iğnesine sahip olmalıdır.

Ağrı Devlet Hastanesi
Op.Dr.Özgür BAŞAL
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip No:0904.A.043
Dip.Tes.No: 144946

Ağrı Devlet Hastanesi
Op.Dr.Özgür BAŞAL
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip No:0904.A.043
Dip.Tes.No: [illegible]