T.C
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/220
Konu : Mal Alımı Hk.

06/04/2018

Teklife Davet

*Sağlık tesisimize başvuran Hidayet DAŞTAN isimli hastaya kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **3 Kalem Tıbbi Malzeme Alım İşi** 4734 sayılı ihale Kanunun **22/F** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **09/04/2018** tarih ve saat **09:30'a** kadar 0472 215 34 22 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.*

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	KLAVIKULA PLAK	ADET	1		
2	KİLİTLİ VİDA	ADET	6		
3	KİLİTSİZ VİDA	ADET	3		

NOTLAR

1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
5-Fiilî olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
7-Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

KLAVIKULA PLAKLARI

1) Plaklar titanyumdan imal edilmiş olup klavikulanın anatomik yapısına uygun olmalıdır.
2) Kanca derinliği anatomik yapıya uygun olmalıdır.
3) Plaklarda en az 5 boy ve sağ / sol seçeneği olmalıdır.
4) Plaklar kilitli ve kilitsiz vidalarla kullanıma uygun olmalıdır.
5) Plakların üzerinde lot numarası ve markası yazılı olmalıdır.
6) Geçici tespit için plakların üzerinde en az 2 adet kıshner deliği olmalıdır.
7) Şaft kısmında vida delik yapıları kombine veya ayrı olarak hem dinamik kompresyona izin vermeli hem de kilitli yapıda kullanılabilmelidir.
8) Setin plakları sert olmalı eğilip bükülmemelidir.
9) Vida başları plağa tam oturmalı çıkıntı yapmamalıdır.
10) Spongioz vidaların yarım yivli olanı da set içinde olmalıdır.
11) Setin içindeki vidalar titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.
12) Uygulama setinde plak ve vidalarla ilgili bütün malzemeler tam olmalıdır.
13) Tepesi yivli vidaları plağa takabilmek için set içerisinde uygun kılavuzlar olmalıdır.

➔ KLAVIKULA S PLAK

➔ KLAVIKULA HOOK PLAK

➔ SPONGİOZ-KORTİKAL VİDA (KİLİTLİ-KİLİTSİZ)

Ağrı Devlet Hastanesi
Op.Dr.Özgür BASAL
Ortopedi ve Travmatoloji Uzman
Dip.No:0904/A-043
Dip.Tes.No: 144946