

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 239
Konu : Malzeme Alımı Hk.

10/04/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 13/04/2018 tarih ve saat 10:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	BİLGİSAYARLI FOKOMETRE	ADET	1		
			TOPLAM		

**Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe**

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

BİLGİSAYARLI FOKOMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz , Progresif Camların Ölçümünde Otomatik Olarak Tek Fokustan Progresif Moduna Geçme Özelliğine Sahip Olmalıdır.
2. Cihaz , Progresif Camların Grafik Dökümünü Ekranda Gösterme Özelliğine Sahip Olmalıdır.
3. Cihaz , Progresif Camların Uzak Ve Yakın Kısımlarını , Ayrı Ayrı Ölçebilme Özelliğine Sahip Olmalıdır.
4. Cihaz , Ölçülecek Camların Yuvaya Tam Oturmuş Olduğunu Ekranda Gösterme Özelliğine Sahip Olmalıdır.
5. Cihaz Yumuşak Ve Sert Kontakt Lensleri Ölçme Özelliğine Sahip Olmalıdır.
6. Cihaz , Ayarlamalar İçin Seçim Menüsünü Ekranda Gösterme Özelliğine Sahip Olmalıdır.
7. Cihaz , Mercek Pozisyonuna Göre Otomatik Ayarlama Özelliğine Sahip Olmalıdır.
8. Cihaz Üzerindeki Mercek Tutucuları , Mercek Yüzeyini Hiçbir Şekilde Zedelemeyecek Şekilde Dizayn Edilmiş Olmalıdır.
9. Cihaz , 3 Adet Özel Mürekkepli Kalem İle Her Türlü Cam Üzerinde İşaretleme Yapabilmelidir.
10. Cihaz , Ölçüm Sonucunu Hafızaya Aldığında Sesli Olarak Belirtme Özelliğine Sahip Olmalıdır.
11. UV geçirgenlik modu olmalıdır.
12. Cihaz , Dahili Bir Dijital Printere Sahip Olmakta Ve Printerden Alınan Çıktı Üzerine Kullanıcı Özel Metin (Mesaj Veya Adres) Girilebilmelidir.
13. Cihaz Açık Halde İken 10 Dakika Kullanılmadığı Zaman Otomatik Olarak Kapanabilme Özelliğine Sahip Olmalıdır.
14. Cihaz , Ölçüm Sonuçlarını , Dahili Rs -232c Çıkışından Kablo İle Aynı Markadan Refraktometre , Otomatik Foropter Veya Bilgisayar Programına Aktarabilmelidir.
15. Cihaz , enaz 5.7''Renkli Likit Kristal Ekranı Sahip Olmalıdır Ve Bu Ekranda Tek / Sağ - Sol / S.C.A Prizma , Addition / Progresif / Abbe Değerlerini Gösterebilmelidir.
16. Cihazın Diğer Sayısal Verileri Aşağıdaki Gibi Olmalıdır :

Ölçüm Alanı :

- * Sferik Güç : 0 Dereceden + Ve - 25 Dioptri (0.12 / 0.25 D Aralıklarla)
- * Silindirik Güç : 0 Dereceden + Ve - 10 Dioptri (0.12 / 0.25 D Aralıklarla)
- * Silindirik Ax1 : 0 Dereceden 180 Dereceye (1derecelik Aralıklarla)
- * Add Gücü : 0 Dereceden + 10 Dioptri (0.12 / 0.25 D Aralıklarla)
- * Prizmatik Gücü : 0 Dan 10p. Dioptrisine Kadar (0.12 / 0.25 P.D. Aralıklarla)
- * Lens Çapı : 5 Mm'den 100 Mm'ye Kadar

Op. Dr. Yusuf Cem YILMAZ
Başhekim Yardımcısı
Ağrı Devlet Hastanesi

Sb. Ağrı Devlet Hastanesi
Op. Dr. Barış ORAL
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. No: 367 Dip. Tes. No: 158360

S.B. AĞRI DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Sibel AHMET
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. No: 164132