

745

11.04.2018

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **KAREKOD SİSTEMİ İÇİN GEREKLİ MALZEME ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 13/04/2018 tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ETİKET YAZICI	ADET	1		
2	YAZICI ETİKETİ	ADET	1000		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uz.Dr.Hasan BALABAN

BALABAN

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ

ETİKET YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yazıcı ile etiket üzerine barkod, karekod ve özel kod baskısı yapılabilirdir.
2. Com 1 veya USB ile bilgisayar bağlantısı ile çalışmalıdır.
3. Word, Exel ve Outlook veri tabanları ile uyumlu çalışabilmelidir.
4. En az 200 dpi baskı çözünürlüğüne sahip olmalıdır.
5. Baskı genişlik aralığı 5 mm-105 mm arasında olmalıdır.
6. Baskı uzunluğu aralığı 10 mm- 2560 mm arasında olmalıdır.
7. Kullanılacak şablonlar firma tarafından hazırlanabilmelidir.
8. Yazım işlemi bittikten sonra kesim işlemi yapabilmelidir.
9. Kendinden otomatik kesici bulunmalıdır.
10. Yazıcı tüm donanımı ile birlikte kullanıma hazır olarak teslim edilmelidir.
11. Hastanenin mevcut yazılımı ile uygun olmalıdır.

ETİKET ŞARTNAMESİ

1. Etiket metalik gri renkli veya mat gümüş olmalıdır.
2. Etiket taşıyıcı rengi beyaz veya açık beyaz olmalıdır.
3. Etiket plastik bazlı veya laminasyonlu olmalıdır.
4. Etiket sudan, sıcaktan, soğuktan ve kimyasal maddelerden etkilenmemelidir.
5. Solmaz yırtılmaz olmalıdır.
6. Güçlü yapışkanlı olmalıdır.
7. Etiket boyutu; yüksekliği 24 mm +/- 6 mm genişliği 60 mm +/- 10 mm olacak şekilde olmalıdır.
8. Metalik gri renkli veya mat gümüş etiket üzerine siyah baskı yapabilmelidir.
9. Etiket dizaynı için kullanılan program ücretsiz olmalıdır.
10. Bir etiket rulusunda en az 90 adet etiket bulunmalıdır.

DOĞUBAYAZIT
Erdal GERENÇİ
Biyomedikal Sorumlusu

Ayşe ÇIRPAN
Tıbbi Sekreter
Tasınır Kayıt Birim Sorumlusu

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Pileket ERDOĞAN
V.M.K.J.
Ammar Birim