


T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 249
Konu : Malzeme Alımı Hk.

13/04/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 16/04/2018 tarih ve saat 16:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	OKSİJEN REGÜLATÖRÜ	ADET	6		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiilî olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

1. DÜŞÜK BASINÇ GAZ REGÜLATÖRLERİ

Genel Özellikler:

Düşük Basınç Gaz Regülatörleri özellikle 5 gazın basıncının belli bir değerde sabitlenmesi (regülasyonu) için kullanılmaktadır. Düşük basınç gaz regülatörü 5 ayrı tipte (her gaz için farklı) imal edilmektedir. Bunlar;

- o Oksijen Regülatörü,
- o Vakum Regülatörü,
- o N2O Regülatörü,
- o Basıncılı Hava (4 ve 7 Bar) Regülatörleri.

- Gaz Regülatörleri, imalat hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz bakım ve onarım ile parça değiştirme garantisine sahip olmalıdır. Ayrıca üretici firma tarafından 2 yıllık garanti süresinin bitiminden itibaren 10 yıl süreyle de yedek parça bulundurma garantisinin verilmesi gereklidir.
- Üretici firmanın ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 Kalite Sistem Belgeleri olmalıdır.
- Gaz Regülatörleri CE sertifikalı olmalıdır.

Teknik Özellikler :

- 1.a. Gaz regülatörleri her türlü yanıcı malzemeden (yağ, gres yağı, vs...) temizlenmiş olmalıdır.
- 1.b. Gaz regülatörleri ergonomik olmalıdır yani gaz prizlerine tek elle takılıp, tek elle çıkarılabilecek şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiş olmalıdır.
- 1.c. Gaz regülatörleri sadece kendine ait gaz prizine takılabilmelidir. Üzerinde belirtilen gaz dışındaki bir gazın prizine takılabilen regülatörler hatalıdır. Kullanılmamalıdır.
- 1.d. Gaz regülatörlerinin gövdesi pirinçten imal edilmeli, krom ile kaplanmalıdır.
- 1.e. Gaz regülatörleri temiz tutulmalıdır. Kullanılmadan önce mutlaka kontrol edilmelidir.
- 1.f. Her gaz regülatörü çıkış basıncını gösteren bir manometre (vakum için vakummetre) ile donatılmalıdır.
- 1.g. Düşük Basınç Gaz Regülatörleri ait olduğu gaza ait prizdeki basıncı, ayarlanabilen bir değere sabitlemelidir. Gaz Regülatörü gazın çıkış basıncını belli değerlere sabitleyecek (regülasyonunu yapabilecek) kabiliyette olmalıdır.
- 1.h. Gaz regülatörünün gövdesi pirinçten imal edilmiş ve nikel ile kaplanmış olmalıdır.
- 1.i. Gaz regülatörlerinin kulpu, basınç istenilen değere ayarlandıktan sonra bu değerde tutmak için regülatörü kilitleyebilmelidir.
- 1.j. Gaz regülatörlerinin probu (jack) da pirinçten imal edilmeli ve nikel ile kaplanmış olmalıdır. Bu prob ilgili standartlara (BS, DIN, AFNOR...) uygun olmalıdır.
- 1.k. EN 738-2 numaralı standarda göre Gaz Regülatörlerinin manometrelerinin (vakum için vakummetre) zemin rengi;
 - o Oksijen için Beyaz,
 - o N2O için Mavi,
 - o Medikal Hava 4 ve 7 Bar için Gri,

o Vakum regülatörü için Sarı renkte olmalıdır.

1.l. Renk kodlamasında kullanılan malzemeler silinmemeli, renkli plastik gibi dayanıklı olmalıdır.

1.m. Gaz regülatörlerinin manometresi üzerinde İmalatçının adı veya markası, Basınç birimi mutlaka bulunmalıdır. Ayrıca yukarda belirtilen renk kodlaması da her gaza ait regülatörün manometresinin zemininde de yer almalıdır.

1.n. Ek olarak Oksijen Regülatörünün üzerinde "Yağ Kullanmayınız" notu yada sembolü mutlaka yer almalıdır.

1.o. Gaz regülatörünün üzerinde İmalatçının ismi yada logosu, model yada tipin kısa gösterimi parça, seri numarası yada yıl gibi izlenebilirliği sağlayan bilgiler, ve akış yönünü gösteren bir ok bulunmalıdır.

1.p. Gaz regülatörleri ambalajlı olarak teslim edilmelidir. Bu ambalajlar üzerinde ürün kodu ve seri numaraları ile birlikte firma adres bilgileri yer almalıdır.

1.q. Gaz regülatörlerinin Bakım-Onarım, Montaj ve Kullanma kılavuzları regülatörlerle birlikte verilmelidir. Bu kılavuzlarda; IV-801

- i. Gaz regülatörlerinin uluslar arası standartlara uygunluğu belirtilmelidir.
- ii. Bakım, Onarım faaliyetleri ve süresi ile sıklığı belirtilmelidir.
- iii. Tavsiye edilen yedek parça listesi verilmelidir.

