


T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 250
Konu : Malzeme Alımı Hk.

13/04/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 16/04/2018 tarih ve saat 15:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	HİDROJEN PEROKSİT SOLÜSYON TÜPÜ (450 ML)	ADET	1		
TOPLAM					

**Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe**

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

HİDROJEN PEROKSİT KARTUŞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kartuş,buharlaştırılmış hidrojen peroksit sterilizasyon işlemi için özel olarak tasarlanmış olmalıdır.
2. Kartuşun içinde bulunan sterilantın etken bileşeni 113 ml, %59'luk hidrojen peroksit olmalıdır.
3. Her bir kartuş ile 15 döngü gerçekleştirebilmelidir.
4. Kartuşun gövdesi arttırılmış dayanıklılık ve güvenilirlik için tamamen kapalı bir yapıya sahip olmalı ve PVC plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
5. Kartuşun içinde ise kaçakları ve sızıntıları önlemek için en az 2 kat zar ve yapışkan halka bulunmalıdır.
6. Kartuşun kapağında her bir kartuş için özel olan, şifreli barkod veri matrisi bulunmalı ve bu barkod ile kartuşun son kullanma tarihi sterilizatör tarafından otomatik olarak tespit edilebilmelidir.
7. Kartuşun son kullanma tarihi, imalat tarihinden itibaren en az 6 ay olmalıdır. Her bir kartuşun delindikten sonraki kullanım ömrü ise en az 14 gün olmalıdır.
8. Kartuşun imal tarihinden itibaren olan son kullanma tarihi, kartuş haznesi üzerinde yazılı olmalıdır.
9. Kartuş Amsco marka hidrojen peroksit cihazına uyumlu olmalıdır.
10. Teklif eden firma istenildiği takdirde ürünün cihazda sorunsuz kullanımı ile ilgili yazılı belge vermelidir.

Vedat ÇELİK
M.S.Ü. Sorumlusu

