T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 259
Konu : Mal Alımı Hk.

17/04/2018

Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 2 **Kalem Mal Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanunun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 20/04/2018 tarih ve saat 10:00'e kadar *satinalma004@gmail.com* adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	OFTALMİK AMAÇLI EMPİRE İNSİZYON PROBU DÜZ	ADET	2		
2	OFTALMİK AMAÇLI EMPİRE İNSİZYON PROBU AÇILI	ADET	2		

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
NOTLAR

1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
5-Fiilî olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
7-Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

Fırat Mah. A. Melik ÖZMEN Cad. Tedaş Yanı AĞRI
Telefon: (0472) 215 9745 Fax: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004@gmail.com

OFTALMOLOJİK AMAÇLI EMPİRE İNSİZYON PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Prop, GÖZ uygulamalarında insizyon işlemlerini gerçekleştirebilmelidir.
2. Prop 4 cm uzunluğunda olmalıdır.
3. Prob ucu 45° açılı olmalıdır.
4. Prop şaftı 1/16 veya 3/32 inç olmalıdır.
5. Prop 2.4 mm ya da 1.6 mm olmalıdır.
6. Uygulama ucu alanı ısıya dayanıklı ve ısıyı hızlı iletebilecek bir metaryelden yapılmalıdır.
7. Prob ucu uygulama emniyeti için teflon ile kaplı olmalıdır.
8. Prob bölümde kullanılan Ellman markalı cihaz ellikleriyle uyumlu olmalıdır.
9. Her bir prop tek kullanımlık olmalıdır.
10. Teklif verecek firmalar TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve bu belgenin asıl veya suretini teklifle birlikte vermelidirler.
11. Problar 2 yıl garantili olacaktır.
12. Problar için üretici firmanın temizleme solüsyonu olacaktır.
13. Probları veren firma baklava dilimli ve yuvarlak uçları da beraberinde ücretsiz verecektir.

Op. Dr. Yusuf Cem YILMAZ
Başhekim Yardımcısı
Ağrı Devlet Hastanesi

Sb. Ağrı Devlet Hastanesi
Op. Dr. Barış ORAL
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. No: 367 Dip. Tes. No: 158360

S.B. AĞRI DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Burcu IŞIK
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. No: 122666

OFTALMOLOJİK AMAÇLI EMPİRE İNSİZYON PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Prop, GÖZ uygulamalarında insizyon işlemlerini gerçekleştirebilmelidir.
2. Prop 4 cm uzunluğunda olmalıdır.
3. Prob ucu düz olmalıdır.
4. Prop şaftı 1/16 veya 3/32 inç olmalıdır.
5. Prop 2.4 mm ya da 1.6 mm olmalıdır.
6. Uygulama ucu alanı ısıya dayanıklı ve ısıyı hızlı iletebilecek bir metaryelden yapılmalıdır.
7. Prob ucu uygulama emniyeti için teflon ile kaplı olmalıdır.
8. Prob bölümde kullanılan Ellman markalı cihaz elliklerinin orijinal uçları olmalıdır.
9. Her bir prop tek kullanımlık olmalıdır.
10. Teklif verecek firmalar TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve bu belgenin asıl veya suretini teklifle birlikte vermelidirler.
11. Problar 2 yıl garantili olacaktır.
12. Problar için üretici firmanın temizleme solüsyonu olacaktır.
13. Probları veren firma baklava dilimli ve yuvarlak uçları da beraberinde ücretsiz verecektir.

Sb. Ağrı Devlet Hastanesi
Op. Dr. Barış ORAL
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. No: 367 Dip. Tes. No: 158360

S.B. AĞRI DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Burcu IŞIK
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. No: 122666

Op. Dr. Yusuf Cem YILMAZ
Başhekim Yardımcısı
Ağrı Devlet Hastanesi