

891

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ISI AKIŞ PROBU VE ISITICI TEL ADAPTÖR ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 03/05/2018 tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER  
İdari Mali İşler Müdürü

| SIRA NO | MALZEME ADI                           | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM TUTAR |
|---------|---------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------|
| 1       | ISI AKIŞ PROBU VE ISITICI TEL ADAPTÖR | ADET  | 4      |             |              |

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

OLUR  
Uz.Dr. Hasan BALABAN  
BAŞHEKİM



NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Agri Yolu üzeri 5.km Dogubayazit / AGRI DOGUBAYAZIT AGRI  
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447  
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

## ISI - AKIŞ PROBU VE ISITICI TEL ADAPTÖRÜ TEKNİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Isı-akış probu Yenidoğan Yoğun Bakımda kullanılan ventilatörlere bağlı olan Fisher & Paykel MR850 marka nemlendiricilerin orijinal parçası olmalıdır.
2. Isı-akış probu hasta devresi ve hastaya giden havanın ısısını ölçmeye imkan sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Isı-akış probu devrenin içerisinden geçen akışı doğru bir şekilde L/dk olarak okuyabilmeli bunu camısı boncuk yapısı ile gerçekleştirebilmelidir. Bu kısım v çentikli yapıya sahip olmalıdır.
4. Isı-akış probu inspirasyon hattı ısıtıcı olan hasta devrelerinde kullanıma uygun olmalıdır.
5. Isı-akış probu bir ucu nemlendirici cihazına diğer ucu ise hasta devresi girişine uygun olmalıdır.
6. Isı-akış probunun uzunluğu 1.45 metre olmalıdır.
7. Isı-akış probu hasta devresine iki farklı yerden bağlanabilmelidir.
8. Isıtıcı tel adaptör ventilatöre bağlı olan Fisher & Paykel MR850 marka nemlendirici cihazının orijinal parçası olmalıdır ve üzerinde tek kullanımlık olmadığını gösteren, sabitlenmiş bir işaret olmalıdır.
9. Isıtıcı Tel Adaptörü inspirasyon hattı ısıtıcı olan tek kullanımlık hasta devrelerinde kullanıma uygun olmalıdır.
10. Isıtıcı Tel Adaptörün bir ucu nemlendirici cihazına diğer ucu ise hasta devresi girişine uygun olmalı, direnci değiştirerek nemlendirici cihazının etkilenmemesi için arada herhangi bir ara parça/konnektör bulunmamalıdır.
11. Teklif veren firmalar ısı-akış probu ve ısıtıcı tel adaptör ihtiyacı gerektiren Fisher & Paykel MR850 model nemlendirici cihazlarının teknik servisini vermeye yetkili oldukları belgeleri teklifleri ile birlikte sunmalıdır.