

995

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Doç.Dr.Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ECZANE BİRİMİ İÇİN MALZEME ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 03/05/2018 tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	6/0 SPETUL UÇLU VİKRİL	ADET	150		
2	6/0 VİKRİL KESKİN	ADET	100		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

OLUR  
Uz.Dr. Hasan BALABAN  
BASHEKİM

*H. Balaban*

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI  
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447  
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

### 6/0 VICRYL SPATÜL UÇLU SÜTÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Sütür göz mikrocerrahisi için tasarlanmış olmalıdır.
- 2) Sütür steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
- 3) Sütür tek kullanım için (disposable) üretilmiş olmalıdır
- 4) Sütür 6/0 çapında olmalıdır
- 5) İğnesi spatül tarzında olmalıdır.
- 6) Sütür çift iğneli olmalıdır.
- 7) Sütür uzunluğu en az 45 cm olmalıdır.
- 8) İğnesinin 1/4c ya da 3/8c olması tercih nedenidir.
- 9) Sütür cerrahi kalitede 6/0 poliglaktin üretilmiş olmalıdır.
- 10) Sütür kendi kendine erir (braided absorbable) özellikte olmalıdır.
- 11) İhale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir.

### 6/0 VICRYL ÇİFT TARAFLI KESKİN SÜTÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Sütür göz mikrocerrahisi için tasarlanmış olmalıdır.
- 2) Sütür steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
- 3) Sütür tek kullanım için (disposable) üretilmiş olmalıdır
- 4) Sütür 6/0 çapında olmalıdır
- 5) İğnesi ters keskin (reverse cutting) tarzında olmalıdır.
- 6) Sütür çift iğneli olmalıdır.
- 7) Sütür uzunluğu en az 45 cm olmalıdır.
- 8) İğnesinin 3/8c olması tercih nedenidir.
- 9) Sütür cerrahi kalitede 6/0 poliglaktin üretilmiş olmalıdır.
- 10) Sütür kendi kendine erir (braided absorbable) özellikte olmalıdır.
- 11) İhale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir.

Dr. Dr. Yusuf K. Yılmaz  
Doğubayazıt Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Ahmet Alperen KÖK  
Diyadin No: 163961  
Göz Hastalıkları Uzmanı