T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 286
Konu : Mal Alımı Hk.

16/05/2018

Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **1 Kalem Mal Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanunun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 18/05/2018 tarih ve saat 14:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	DOPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZININ TUŞ TAKIMI VE KARTI	ADET	1		

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
NOTLAR

1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
5-Fiilî olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
7-Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

Fırat Mah. A. Melik ÖZMEN Cad. Tedaş Yanı AĞRI
Telefon: (0472) 215 9745 Fax: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004@gmail.com

Doppler Ultrasonografi Cihazının Tuş takımı ve Kartı Teknik Şartnamesi

1- SonoScape marka SSI 5000 model Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazının Tuş takımı ve kartı orjinal olmalıdır.

2- Tuş takımı üzerinde yer alan STC ve ayarlanabilen tüm potansiyometreler
gerekli değerleri sağlamalıdır.

3- Tuş paneli ve PCB kartı birebir uyumlu yeni ve hiç kullanılmamış olmalıdır.

4- Yüklenici firma cihazın genel bakımını yapacak ve yazılım güncellemesini sağlamalıdır.

5- Yüklenici firma cihazın parçaları takıldıktan sonra 6 (altı) ay garanti vermelidir.

6- Yüklenici firmanın TSE hizmet yeterlilik belgesi ve ISO 9001 belgesine sahip olmalıdır.