

**T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**AĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ**

**ETİKET YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Yazıcı ile etiket üzerine barkod, karekod ve özel kod baskısı yapabilmelidir.
2. Com1 veya USB ile bilgisayar bağlantısı ile çalışmalıdır.
3. Word, Excell ve Outlook veri tabanları ile uyumlu çalışabilmelidir.
4. En az 200 dpi baskı çözünürlüğüne sahip olmalıdır.
5. Baskı genişlik aralığı 5 mm-2560 mm arasında olmalıdır.
6. Baskı uzunluğu aralığı 10 mm- 2560 mm arasında olmalıdır.
7. Kullanılacak şablonlar firma tarafından hazırlanabilmelidir.
8. Yazım işlemi bittikten sonra kesim işlemi yapabilmelidir.
9. Kendinden otomatik kesicisi olmalıdır.
10. Yazıcı tüm donanımı ile birlikte kullanıma hazır olarak teslim edilmelidir.
11. Hastanenin mevcut yazılımı ile uygun olmalıdır.

**ETİKET TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Etiket metalik gri renkli veya mat gümüş olmalıdır.
2. Etiket taşıyıcı rengi beyaz veya açık beyaz olmalıdır.
3. Etiket plastik bazlı veya laminasyonlu olmalıdır.
4. Etiket sudan, sıcaktan, soğuktan ve kimyasal maddelerden etkilenmemelidir.
5. Solmaz ve yırtılmaz olmalıdır.
6. Güçlü ve yapışkanlı olmalıdır.
7. Etiket boyutu; yükseklik: 24 mm +/- 6 mm, genişlik: 60 mm +/- 10 mm şeklinde olmalıdır.
8. Metalik gri renkli veya mat gümüş etiket üzerine siyah baskı yapabilmelidir.

Atilla SÖZÜT  
Teknik Personel

Cihan ÖZCAN  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
İdari ve Mali İşler Müdürü  
...../20..