

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU HASTANEMİZ YENİDOĞAN BİRİMİ İHTİYACI OLAN 4 KALEM MALZEME ALIM İŞİ

25.05.2018

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Dr. MEHMET DEMİR
BAŞHEKİM

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARİÇ)
1	CPAP MASKE SETİ NAZAL YENİDOĞAN	25	ADET		
2	CPAP BAŞLIĞI YENİDOĞAN	50	ADET		
3	HASTA DEVRESİ YENİDOĞAN	50	ADET		
4	YENİDOĞAN VENTİLATÖR SETİ	100	ADET		
	TOPLAM				

NOTLAR

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **28.05.2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14:00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER (RAKAM VE YAZI İLE) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
- 8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184
FAX: 0472 616 1168
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

YENİDOĞAN VENTİLYASYON HASTA DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hasta devresi hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger Babylog 8000 plus ventilatör cihazlarına uyumlu olmalıdır.
 - Hasta devresi Fisher & Paykel nemlendiriciye uyumlu olmalıdır.
 - Hasta devresi yenidoğan hastaların ventilasyonunda kullanılır olmalıdır.
 - Hasta devresi 134 derecede otoklav edilebilir yapıda çok kullanımlık olmalıdır.
 - Hasta devresi lateks içermeyen silikon yapıda olmalıdır.
 - Hortumlar şeffaf olmalı ve kink olmasını engelleyici şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
 - Hasta devreleri cihazların self testleri esnasında ve kaçak testleri esnasında komplikasyon ve rezistans testlerinden geçebilmelidir. Firmalar bunun için dem o ünitelerini hazır tutmalı ve numune onayı almalıdır.
 - Hasta devresi tek bir paket içerisinde aşağıdaki aksesuarlardan oluşmalıdır :
 - 110 cm silikon pediatrik hortum,
 - 100 cm silikon pediatrik hortum,
 - 35 cm silikon pediatrik hortum,
 - Test ciğeri,
 - Yenidoğan hortumları için su tutucu
 - F&P adaptör
 - Çift koni 11A
 - 11 boy trakeal tüp konnektörü,
 - T parça adaptör, sıcaklık sensörü için delikli konektör
 - Hortum ısıtıcı 110 cm
 - Esnek 20 cm korrige hortum
 - Pediatrik 50 cm silikon hortum
 - Hortumların takma ve çıkartma esnasında yıpranmasını engellemek için long sleeve tarzında olmalıdır.
 - Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
 - Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
12. Firmalar satmış oldukları ürün için yetki belgesi sunmalıdır. 13. Teklif veren firmaların iSO sertifikası olmalıdır.

Hasret Kıvanç
H. Kt.

T.C. Sağlık Bakanlığı
Pahos Devlet Hastanesi
Uzman Dr. Ozlem ÇAKICI
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Diy. Tes. No: 50616/129637

ERCAN
Uzman Uzmanı
1216
Pahos Devlet Hastanesi

YENİDOĞAN CPAP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. CPAP seti, tubing, nazal kanül ve nazal kanül sabitleme sisteminden (bone, bağlantı kayışı gibi) oluşmalıdır.
2. CPAP seti CPAP uygulaması haricinde istendiğinde basınç osilasyonunu hastaya iletecek tasarımda ve yapıda olmalıdır ayrıca su birikmesini önleyici seçici geçirgen membranla kaplı olmalıdır.
3. CPAP seti prematüreden term bebeklere kadar uygulamaları sağlayacak en az 4 farklı büyüklükte verilmelidir. Özellikle bebeğe bağlanacak boneler en az 3 farklı boyutta ve nazal maskeler ise en az 2 (iki) farklı boyutta olmalıdır. Bebeğe uygun nazal kanül ölçüsünün önceden belirlenebilmesi için burun deliği ve septum boyutlarının ölçülmesini sağlayacak bir skala her set ile birlikte verilmelidir.
4. CPAP seti ve bonesi bebek farklı pozisyonlar aldığı anda oynar kayış sistemi sayesinde bebeğin burnundan çıkmasını önleyecek yapıda olmalıdır.
5. Boylar ünitenin isteği doğrultusunda verilecektir.
6. CPAP kanül sistemi bebeğin alın kısmından destekli olmalı bu sayede bebeğin septumuna zarar vermemelidir.
7. CPAP aparatı bir ucundan hasta devesine, diğer ucundan ise nazal kanül ile bebeğe bağlanabilen ve CPAP solunumu sağlayabilecek yapıda olmalıdır.
8. CPAP seti tek kullanımlık olmalı, ancak gerektiğinde etilen oksit gazı ile dezenfeksiyona en az bir kere dayanabilmelidir.

HASTA DEVRESİ PEDIATRİK (MEMBRANLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hasta devresi, 1.1 m ısıtıcı inspirasyon hattı, ısıtıcı ekspirasyon hattı, ara hortum, basınç ölçüm hattı, adaptör kiti, otomatik beslemeli su haznesinden (chamber) oluşmalı ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Hasta devresinin inspirasyon hattı içerisindeki ısıtıcı teller spiralli yapıda olmalıdır ve bu özellik sayesinde devre içindeki hava homojen bir şekilde hastaya gönderilmeli ve inspirasyon hattı içerisinde su yoğunlaşması önlenmelidir.
3. Hasta devresinin ekspirasyon hattı içerisinde ısıtıcı tel bulunmalıdır.
4. Hasta devresinin ekspirasyon hattı, içerisindeki ısıtıcı tel çalıştırılmasa dahi, bu hatta yoğunlaşan suyu atacak tasarım ve yapıda olmalıdır. Enfeksiyonu önleme açısından bu husus vazgeçilemez tıbbi bir özelliktir.
5. Hasta güvenliği açısından chamber içerisinde birincisi arızalandığında otomatik olarak devreye girecek ikinci şamandıra olmalıdır. (Diğerine göre farklı renkte olmalıdır.) Bu husus chamber'in broşüründe açıkça yer almalıdır.
6. Her bir (1) adet solunum devresi ile birlikte bir (1) adet çift cidarlı yapıya sahip makine tipi bakteri filtresi verilmelidir.
7. Hasta devresinin 'Y' konnektör kısmı hastaya göre 360° dönebilen yapıya sahip olmalıdır.
8. Hasta devresi hastanemizde kullanılan ventilatör cihazları ile uyumlu olmalıdır.
9. Alınacak her 100 adet hasta devresi ile birlikte 1 adet çift Hidrocolloidband içerikli NHF CPAP kanülü verilmeli ve broşür üzerinden gösterilebilmelidir.
10. Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneler denenecektir. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Handwritten signature

Handwritten signature
Uzm. Dr. Ayşe ERCAN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 124216
Paznos Devlet Hastanesi

Handwritten signature
T.C. Sağlık Bakanlığı
Paznos Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Ozlem ÇAKICI
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 150816/129637

HASTA DEVRESİ YENİDOĞAN (MEMBRANLI)TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1)Hasta devresi 1.1 m ısıtıcıli inspirasyon hattı ,ısıtıcıli expirasyon hattı , ara hortum ,basınç ölçüm hattı , adaptör kiti , otomatik beslemeli su haznesinden (chamber) oluşmalı ve tek kullanımlık olmalıdır.
- 2)hasta devresinin expirasyon hattı içerisinde ısıtıcıli tel bulunmalıdır.
- 3)Hasta devresinin inspirasyon hattı içerisinde ısıtıcı teller spiralli yapıda olmalıdır ve bu özellik sayesinde devre içindeki hava homojen bir şekilde hastaya gönderilmeli ve inspirasyon hattı içerisinde su yoğunlaşması önlenmelidir
- 4)Hasta devresinin expirasyon hattı , içerisindeki ısıtıcı tel çalıştırılmasa dahi bu hatta yoğunlaşan suyu atacak tasarım ve yapıda olmalıdır. Enfeksiyonu önlemek açısından bu husus vazgeçilmez tıbbi bir özelliktir.
- 5)hasta güvenliği açısından chamber içerisinde içerisinde birinci arızalandığında otomatik olarak devreye girecek ikinci şamandıra olmalıdır.(diğerine göre farklı renkte olmalıdır.)Bu husus chamberin broşüründe açıkca yer almalıdır.
- 6)her bir adet solunum devresi ile bir adet çift cidarlı yapıya sahip makine tipi bakteri filtresi verilmelidir.
- 7)Hasta devresinin Y konnektör kısmı hastaya göre 360 derece dönebilen yapıya sahip olmalıdır .
- 8)hasta devresi haznemizde kullanılan ventilatör cihazı ile uyumlu olmalıdır.
- 9)alınacak her 100 adet hasta devresi ile birlikte bir adet çift Hidrocolloidband içerikli NHF CPAP kanülü verilmeli ve broşür üzerinden gösterilebilmelidir.
- 10)tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneler değerlendirilecektir. Numune getiren firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Hazret Kıvanç
H. Kt.

T.C. Sağlık Bakanlığı
Patnos Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Ozlem CAKICI
Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzmanı
Dip. Tes. No: 150616/129637