

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU HASTANEMİZ ÜROLOJİ POLİKİLİNİĞİ İHTİYACI OLAN KABLOLU ÜROFLOWMETRİ ALIM İŞİ

25.05.2018

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Dr. Mehmet DEMİR

Başhekim

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARİÇ)
1	KABLOLU ÜROFLOWMETRİ	1	ADET		
TOPLAM (KDV HARİÇ)					

NOTLAR

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYİ ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **28.05.2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 15:30'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER (RAKAM VE YAZI İLE) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYİ ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE EN GEÇ 1 AY SONRA ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
- 8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

KABLOLU ÜROFLOWMETRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Sistem 220 ACV, 50Hz ile çalışmalıdır.
- 2) Sistem içinde asgari olarak aşağıdaki elemanları içermelidir.
 - Üroflow transducere
 - Üroflow ünitesi
 - Termal printer cihazı
 - Yüksekliği ayarlanabilen işeme sehpası
 - Kadın ve çocuk hasta için işeme sandalyesi
 - Dereceli idrar toplama kabı
 - Huni
- 3) Sistem, hastanın işeme Volümünü ve Hızını iki ayrı grafik olarak verebilmelidir.
- 4) Sistem hastanın Total Volume , Max Flow, Min Flow Time, Time to peak Flow değerlerini vermelidir.
- 5) Sistem istendiğinde ölçülen değerleri print edebilmelidir.
- 6) Sistemde kullanılan işeme sehpası ve sandalye oksitlenmeye karşı korunaklı olmalıdır.
- 7) Test sonuçları en az 110 mm genişliğinde termal kağıdına print edilebilmelidir.
- 8) Sistemle birlikte idrar toplama kabı ve huni ikiye yedekli olarak verilmelidir.
- 9) Teklif edilen sistemin en az iki yıl garantisi olmalıdır.
- 10) Sistemin kalibrasyonu digital olarak yapılmalıdır. Kullanıcı gerek duyduğunda kalibrasyonu kendisi yapabilmelidir.
- 11) En az iki dil seçeneği olmalıdır. Türkçe ve İngilizce şart olmak koşulu ile.
- 12) Yapılan test sonuçları LCD ekranda izlenebilmelidir.
- 13) Srikıy nomogramı olmalıdır.
- 14) İstendiğinde sistemin bilgisayar bağlantısını sağlayan program verilmelidir.
- 15) Sistem bilgisayara gerek duymadan çalışabilmelidir.
- 16) Sistem isterse tüm testi ve fonksiyonları bilgisayar üzerinde yapabilmeli ve bunun için gerekli yazılım ve bağlantı aparatları sağlanmalıdır.
- 17) İso ve CE belgesi olmalıdır.
- 18) Sistem arızalandığı takdirde en geç 72 saat içinde onarılmalı aksi takdirde yeni sistemle değiştirilmelidir.
- 19) Sisteme bilgisayar, yazıcı ve software dahil olmalıdır.

Op.Dr. Osman OZAL
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 123769
Tıp Fakültesi Hastanesi