

## ÜNİTE MONTE PUSH BUTON STANDART KAFA AERATÖR BAŞLIĞI

1. İnsan sağlığına uygunluğu, hassas ve ideal dengeye sahip olması ve mükemmel korozyon direncine sahip olması için başlık komple paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Aeratör başlığının minimum hızı en az 350.000d/dk ,maximum hızı en az 450.000 d/dk. olmalıdır.
3. Aeratör başlığı, 3.0 bar aralığı atmosfer basıncında randımanlı çalışmalıdır.
4. Aeratör başlığı, seramik rulmanlı olmalı ve sessiz çalışmalıdır.
5. Aeratör başlığı standart kafa ve ünite direk monte tipinde olmalıdır.
6. Aeratör başlığı,ultra push button frez değiştirme sisteminde olmalı ve freze yük uygulandıkça frez kilit mekanizmasının frez tutma kuvveti artmalıdır.
7. Aeratör başlığı, basınç düşürücü sistem (basınç regülatör valfi) ile çalışma basıncını otomatik olarak ayarlayarak türbinin ömrünü uzatmalıdır.
8. Aeratör başlığının ağız içi harekette kolaylık sağlaması için kafa çapı en fazla 11.2mm, kafa yüksekliği en fazla 13.4mm ve boyun kısmı en fazla 9 mm olmalıdır.
9. Aeratör başlığının kesim gücü en az 20 W olmalıdır.
10. Aeratör başlığının gövde yapısı kolay hijyen edilebilmesi için düz, hafif ve ergonomik yapıda olmalıdır.
11. Aeratör başlığı , ağız içi tükürük, sıvı ve diğer yabancı maddelerin türbin kafasına girmesini önleyen, böylece uzun türbin ömrü sağlayan ve kontaminasyonu önleyen temiz kafa sistemine sahip olmalıdır.
12. Aeratör başlığı, tek noktadan optimum soğutma sağlamalıdır.
13. Aeratör başlığı, 135 dereceye kadar otoklavda steril edilebilir olmalıdır ve bu özellik başlık üzerinde silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
14. Termal dezenfektörde yıkanabilmelidir. Bu özellik başlık üzerinde belirtilmelidir.

Atilla Söğüt  
Teknik Destek

**Cihan ÖZCAN**  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
İdari ve Mali İşler Müdürü  
...../20...

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Dt. Burak YILDIZ  
Başhekim