

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 448
KONU : Tıbbi Cihaz Alımı

17/07/2018

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **2 Kalem Tıbbi Cihaz Malzeme Alımı** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 19/07/2018 tarih ve saat 12:00'e kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali İşler Müdürü

S/N	Malın/İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	LARİNGOSKOP SETİ (PEDIATRİK)	1	Adet		
2	LARİNGOSKOP SETİ (YETİŞKİN)	3	Adet		

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 150 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

Bilgi için: Adres: Göl Mah.9 nolu küme evler no:3/Diyadin / AĞRI : Tel : 0 472 511 24 76
Faks : 0 472 511 27 36 e-mail : agridhsl@saglik.gov.tr



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Diyadin Devlet Hastanesi



FİBER OPTİK LARİNGOSKOP (YETİŞKİN) SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU: Diyadin Devlet Hastanesi 3 (üç) adet fiber optik laringoskop (yetişkin) seti teknik şartnamesidir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1.Fiber optik laringoskop seti, xenon-halojen lambalı olup mükemmel aydınlatma sağlamalı ve standart setlerden en az üç kat daha fazla ışık verebilmelidir.
- 2.Işık sistemi, gün ışığına yakın, beyaz ve parlak ışık sağlayarak doğru doku renginin elde edilmesine ve uzun süreli, sabit aydınlatmanın gerçekleştirilmesine imkan sağlanmalıdır.
- 3.Set 1, 2, 3, 4 numaralarında dört adet eğri tipte (E-Macintosh) blade, 2.5V kalın handle, iki adet alkalın orta boy pil, pil şarj cihazı, yedek ampüller ve çantadan oluşmalıdır.
- 4.Manevra kabiliyetinin artması için bladelere hafif olmalıdır.
- 5.Bladelere tek parça olmalıdır. Lehimlenmiş eklem yerleri bulunmamalı böylelikle blade bütünlüğü sağlanmalıdır.
- 6.Bladelere çengel tipi takmalı ve saptaki özel yuvaya oturan tekli bilyalı sistemli olmalıdır.
- 7.Blade sapa oturduğunda aydınlatma ampulü otomatik olarak yanmalı ve blade çıkartıldığında, otomatik olarak sönmelidir. Ampul blade üzerinde değil, handle üzerinde olmalıdır. Ampul değiştirmek için herhangi bir alet gerekmemelidir. Blade 'in üzerinde imalatçı firmanın ismi ve blade numarası çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
- 8.Fiber optik ışık yolu, bıçağın başlangıcından sonuna kadar tek parça halinde ve bıçağa paslanmaz bir vida ile monte edilmiş olmalıdır. Bu fiber optik ışık yolu, bağlantı vidası çözülmeden, hiçbir şekilde yerinden çıkmayacak şekilde monteli olmalıdır. Fiber optik ışık yolu gerektiğinde yerinden çıkartılarak temizlenebilmeli veya değiştirilebilmelidir.
- 9.Bladelere paslanmaz metalden yapılmalıdır ve dayanıklı olmalıdır.
- 10.Saplar ve pil yuvası kapakları krom kaplanmış bronzdan yapılmış olmalı, ve kaymaması için tüm tutma yüzeylerinde ince ve küçük baklava dilimli pütürler bulunmalıdır. Sapın üzerinde imalatçı firmanın ismi ve model numarası çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
- 11.Dezenfektan solüsyonlara dayanıklı olmalı ve en az 134 (yüzotuzdört) C dereceye kadar otoklavlanabilmelidir. Bu hususlar orijinal kullanım kılavuzunda gösterilmelidir.
- 12.2.5v'luk orta boy sap 'C' boyutunda (orta boy) iki adet pille çalışmalıdır. Piller, sapın alt ucundaki vidalı bir kapağın açılması suretiyle değiştirilebilmelidir.
- 13.Blade ve handleler, ISO 7376 standardıyla uyumlu olmalı ve bu husus katalogda gösterilmelidir.
- 14.Blade ile aynı markaya ait -opsiyonel olarak - 3.5v handle ve handle'ı şarj etmek için masaüstü şarj cihazına sahip olmalıdır. Bu opsiyonel parçalar, katalogda gösterilmeli, ileride istenilmesi durumunda ücreti karşılığında verilebilmelidir.
- 15.Set ile birlikte 4 adet yedek ampul verilmelidir.
- 16.Set ile birlikte 1 adet pil şarj cihazı verilmelidir.
- 17.Komple set, fermuarlı, dayanıklı bir çanta içerisinde verilmelidir.

Dr. Mehmet Fatih TÜRKMEN
Başhekim yardımcısı

Uzm. Dr. Betül DÜNYA
Diyadin Devlet Hastanesi
Başhekim



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Diyadin Devlet Hastanesi



FİBER OPTİK LARİNGOSKOP (PEDIATRİK) SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU: Diyadin Devlet Hastanesi 1 (Bir) adet fiber optik laringoskop (pediatrik) seti teknik şartnamesidir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Laringoskop handle ve blade'den oluşmalıdır.
2. Laringoskop'un handle ve blade'i paslanmaz çelik olup, dezenfektan solüsyonlara ve otoklava dayanıklı olmalıdır.
3. Aydınlatma sistemi fiberoptik özellikte olmalı ve xenon ampül (veya xenon gazlı halojen) ile parlak, net ışık sağlamalıdır. Ampul handle gövdesine montajlı olmalıdır.
4. İki adet alkali pil ile çalışmalıdır.
5. Handle ile blade'in birleşme yeri kolay çıkarılıp, takılabilmelidir.
6. Handle ve blade hafif, kullanışlı ve sağlam olmalıdır. Handle kolay kullanım için ince olmalıdır.
7. Blade'ler görüş alanını kapatmayacak ve entübasyonu zorlaştırmayacak incelikte olmalıdır.
8. Setin içinde pediatrik hastaların entübasyonuna uygun olacak boylarda set içinde aşağıdaki işaretli olan blade'leri ve bir adet handle içermelidir.

Miller 00 (Düz)

Miller 0(Düz)

Miller 1

Mac 2 (Eğri)

Mac 3 (Eğri)

9. Kutu: bladelere ve handle' lara uyumlu koruyucu kutu verilmelidir.
10. Handle ile birlikte 2'er adet alkalin pil verilmelidir.
11. Cihazın kullanımı, bakımı, teknik servis kitapları ve devre şemaları ile ilgili dokümanların türkçe bir nüshasını teknik şartnameye cevaplarıyla birlikte teslim edecektir.
12. Firma cihazın periyodik bakım prosedürlerini vermelidir. Cihaz periyodik bakım gerektirmiyorsa bunu yazılı olarak sunmalıdır.
13. Cihaz en az 3 yıl garantili olacak ve bu garanti satıcı ve/veya temsilci firma tarafından verilecektir.
14. İsteklilerin TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır.
15. Firmalardan bir takım testlerin yapılması istenebilir. Bu testlerin yapılabilmesi için gerekli personel ve düzeneği firmalar sağlayacaktır.
16. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.
17. Montaj:Cihazların montajı firma tarafından hastanece tahsis edilen mahallerde firma teknik elemanlarınca tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edilecektir.

Dr. Mehmet Fatih TÜRKMEN
Başhekim yardımcısı

Uzm. Dr. Baki DÜNYA
Diyadin Devlet Hastanesi
Başhekim