



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DOÇ. DR. YAŞAR ERYILMAZ İLÇE  
DEVLET HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DOÇ. DR.  
YAŞAR ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER  
BİRİMİ  
09-08-2018 17:30 - 68917221 - 949 - E.1440



Sayı : 68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI İÇİN MALZEME ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 10/08/2018 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır.  
Mehmet İLBOĞA  
İdari Mali İşler Müdürü V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	MUELLER HINTON AGAR PLAK BESİYERİ	ADET	400		
2	KOYUN KANLI AGAR PLAK BESİYERİ	ADET	1000		
3	EMB AGAR PLAK BESİYERİ	ADET	750		
4	ÇİKOLATA AGAR PLAK BESİYERİ	ADET	500		
5	KOYUN KANLI/EMB AGAR	ADET	1500		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

OLUR  
e-İmzalıdır.  
Uzm.Dr.M.Mert BAŞARAN  
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fisi olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olduğundan ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agrihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya venirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Faks No:04723125447/312 60 30

e-Posta:serra.kirac@saglik.gov.tr İnt.Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için:Serra KIRAC  
Unvan:TIBBİ SEKRETER

Telefon No:04723127584

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 0472 312 60 47

## MALZEME LİSTESİ, TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE MİKTARLARI

1.	Mueller Hinton agar plak besiyeri	400 adet
2.	Koyun kanlı agar plak besiyeri	1000 adet
3.	EMB agar plak besiyeri	750 adet
4.	Çikolata agar plak besiyeri	500 adet
5.	Koyun Kanlı/ EMB agar	1500 adet

## BESİYERLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Besiyerlerinin performans ve sterilitate kontrollerini gösteren belge sunulmalıdır.
- Besiyerlerinin lot numaraları her üretim partisi için farklı olmalıdır.
- Koyun Kanlı/ EMB agar, Koyun kanlı agar, çikolata agar ve EMB agar 90 mm çaplı petri kutularında ve 4 mm yüksekliğinde kullanıma hazır olmalıdır.
- Mueller Hinton agar besiyeri 150 mm çaplı petri kutularında ve 4 mm yüksekliğinde kullanıma hazır olmalıdır.
- Üretici firma CE, ISO 9001:2000, ISO 13485 belgelerine sahip olmalıdır.
- Besiyerlerinin standardizasyonu için çevre koşulları, transport gibi etkenlerin dikkat alındığını ve risk analizlerine değerlendirildiği EN144, ISO 14971 sertifikaları yer almalıdır.
- Üretici firmanın medikal ürünlere özgü etiketleme ve bilgilendirmeyi sağladığına dair ISO 15223 sertifikası bulunmalıdır.
- Her ambalaj ikili 10'luk paketlerden toplam 20 petri halinde olmalıdır.
- Besiyeri ambalajı buhar birikimini, kuruma ve kontaminasyonu önleyici nitelikte naylon ağız yapışkanlı poşetler ile ambalajlanmış olmalıdır.
- Üremeyi arttırmak amacıyla besiyerinde ayrıca polyitex içermelidir.
- Besiyerlerinin her paketinde ATCC test organizmalarıyla test edildiğini gösterir kalite sertifikasyonu olacaktır.
- Besiyerlerinin ambalaj kutusu üzerinde satıcı firmanın adı, adresi, malzemenin orjinal adı, seri no, üretim tarihi ve saklama koşullarına ait bilgiler olmalıdır.
- Üretici firma tarafından besiyeri üretimindeki her lot numarası için kalite kontrol sertifikası sunabilmelidir.
- Teslimat laboratuvarın isteği doğrultusunda partiler halinde ve zamanında olmalıdır. Laboratuvarın istediği sayı üzerinde gönderilen besiyerleri kabul edilmeyecektir.**
- Teslimde kontamine olmuş olanlar veya (+4 C'de stoklanmasına rağmen) normal süresi içinde paketi açılmamış besiyerinin kontamine olanları veya biyokimyasal ve fiziksel özellikleri bozulmuş olanları yenileriyle değiştirilmelidir.
- Hazır besiyerlerinin transportu soğuk zincir şartlarına uygun şekilde taşınarak ünitemize ulaşması sağlanmalıdır.

17. Besiyelerinin son kullanma tarihleri, teslim tarihinden sonra en az 6 ay süreli olmalıdır.
18. Üretici firmanın CLSI ve EUCAST normlarda üretim yaptığını ve aktif CLSI ve EUCAST üyeliğinin olduğu belgelenmelidir. Hangi standart kullanılırsa o standarta göre malzeme temini yapılmalıdır.
19. Besiyeri petripleri üzerinde besiyerinin adı, son kullanma tarihi ve üretim lot numarası yazmalıdır.
20. Çikolata agar, H.influenzae, N.gonorrhoeae, N.meningitidis gibi zor üreyen bakterileri bilimsel olarak tanımlanabilecek nitelikte üretebilmelidir.
21. Koyun kanlı / EMB agar besiyeri iki bölmeli olmalıdır. Bir bölümünde EMB agar, diğer bölümünde %5 koyun kanlı agar olmalıdır.

Doç.Dr. Yusuf Eryılmaz  
Doğubeyazıt Devlet Hastanesi  
Mikrobiyoloji Uzmanı  
Dr. Yusuf ERYILMAZ  
Diy. Tesc. No: 172094