

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ **436**
Konu : Malzeme Alımı

10/09/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 **Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 12/09/2018 tarih ve saat 16:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HİDROJEN PEROKSİT GAZI	ADET	3		

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.

HİDROJEN PEROKSİT GAZ PLAZMA STERİLİZATÖRÜ İÇİN HİDROJEN PEROKSİT KARTUŞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU : Hastanesi'nin ihtiyacı olan Hidrojen Peroksit Kartuşu
Teknik Şartnamesidir.

VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER :

1. Hidrojen peroksit kartuşları Stericool marka cihaza uyumlu olmalıdır.
2. Hidrojen peroksit kartuşları CE belgeli olmalıdır.
3. Hidrojen peroksit kartuşları 500ml'lik ambalajlarda, 450ml net kullanım hacmine sahip olmalı ve cihazın kartuş yuvasına uyacak ebatlarda olmalıdır. Kartuşların kapakları ventilli olmalıdır.
4. 110 litre kapasiteli sterilizatör için, 1 kartuş ile en az 32 döngü yapılabilmelidir ve cihazın tüp yuvasına uyacak ebatlarda olmalıdır.
5. Raf ömrü, uygun saklama şartlarında 6 ay'dan az olmamalıdır.
6. Kartuşun içinde bulunan sterilantın etken bileşeni %59'luk (+/- 1) hidrojen peroksit olmalıdır.
7. Her bir kartuşun üzerinde, kalan döngü sayısını ve tüpün son kullanma tarihini otomatik olarak tespit ederek ekrana yansıtacak barkod veya RFID sistemi bulunmalıdır.
8. Kartuşun Stericool cihazı ile birlikte validasyonu yapılmış olmalı ve belgeleri sunulmalıdır.

Vedat ÇELİK
M.S.Ü. Sorumlusu

