



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET  
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DOÇ. DR. YAŞAR  
ERYILMAZ DR SAİTİN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ  
03102018 3140 - 68917221 - 949 - E.1716



Sayı : 68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ASPIRASYON TORBASI ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 05/10/2018 tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır,  
Mehmet İLBOĞA  
İdari Mali İşler Müdürü V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ASPIRASYON TORBASI	ADET	300		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

OLUR

e-İmzalıdır.

Uzm.Dr.Hasan BALABAN  
Başhekim

NOTLAR

- 1) Teklifleri en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fırlı olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacaktır ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dükme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta ddhsatinalma@gmail.com

## ASPIRASYON TORBASI VE HORTUM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 Ürün dikişsiz, yekpare, şeffaf ve hammaddesi PVC veya PE (polietilen) olu. et. kalınlığı patlama ve yırtılmalara karşı dayanıklı olacak şekilde en az 0.25mm olmalı, kapak kısmı torba ile entegre ve kapak kenarında kanisterden çıkarmayı kolaylaştırmak için tutma kulakçığı bulunmalı ve torba hacmi 2000cc olmalıdır.
- 2 Torba üzerinde bir adet, vakum bir adet hasta bağlantısı olmak üzere en az 2 adet port bulunmalı ve bu portlar yazılı ve görsel olarak kullanıcıya yönlendirilmelidir.
- 3 Her torbanın üzerinde, tam dolum gerçekleştiikten sonra kullanılmak üzere en az 25cm uzunluğunda ve 0.8cm çapında kıvrılıp bukulmeyi önlemek için 360 derece rotasyon kabiliyeti buluna şeffaf PVC materyalden gerektiğinde tandem bağlantıda kullanılabilmelidir. Bunun sağlanamadığı hallerde torbaya entegre olmayan tandem bağlantı hortumu, torba adedi kadar verilmelidir.
- 4 Torbaların üzerinde hasta portu ambalajın içerisinden çıkan hasta hortumunun kıvrılıp bukulmesini engelleyen 90 derece açılı ekstra konektöre uyumlu ve en az 0.6 cm çapında olup aspire edilen sıvının hazne içerisine süzülerek dökülmesini sağlamak amacıyla konik yapıda olmalıdır.
- 5 Torbaların vakum sistemine sıvı geçişini engelleyen filtrenin internal yapıda, torba içerisinde olmalı, hidrofobik yapıdaki bu filtreler bakteriyostatik özelliğe olmalı, aerosoller de filtre edebilmeli filtrasyon mikroorganizmalarda etkin olmalı ve bu etkinlik test raporları veya belgeler ibraz edilmelidir.
- 6 Her torba içerisinde aspire edilen sıvının köpürmesini engelleyen ve bu sayede torbanın tüm hacminin kullanımını sağlayan, renksiz, şeffaf ve silikon bazlı emulsiyon anti-foam madde bulunmalıdır.
- 7 Aspirasyon sondası ve torba arasında kullanılacak hasta hortumu bir ucunda tek el ile vakum kontrolüne olanak tanıyan çıkarılabilir çam ağacı konektor bulundurulmalı ve en az 1.8m uzunluğunda ve 0.6cm çapında iki ucu ajutajlı şeffaf özellikte olmalıdır.
- 8 Torbaların kullanılacağı kanisterler kırılmalara karşı dayanıklı fiber alaşimli, ölçekli ve sterilizasyon işlemlerinin uygulanabilmesi için 121 santigrant derece buhar otoklavda en az 20 dakika steril edilebilmeli, bunu sağlamak için canister üzerindeki tüm yazılı ve görsel ibareler ve sterilizasyon ısı değeri ile T.C Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği gereğince CE ibaresi canisterin üzerinde yazılı olmalıdır.
- 9 Torbalar ortopedi ve batin cerrahisi gibi fazla miktarda sıvı aspire edilen vakalarda tandem (çoklu) kullanılabilmeli, tandem bağlantıda en az 4 adet torba

birbirine bağlanabilmeli, tandem bağlantı için torbalar üzerindeki kapama tüpü kullanılmalıdır.

10. Torbaların kullanılması için gerekli sistemler (70 adet kanister, 70 adet askı teli, 60 adet duvar aplikatörü ve 15 adet mobil taşıyıcı vb.) hastane genelinde ihaleyi üstlenen firma tarafından bedelsiz kurulmalıdır. İthalatçı veya üretici firma gerektiğinde bakım ve onarımları bedelsiz yapmalıdır.

11. Torbaların orijinal olarak tek tek ambalajlanmış şekilde teslim edilmelidir. Türkçe katalog ve broşür dışında kutular içerisinde kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

12. Firmanın numune göndermesi zorunludur. Firma numune göndermediği takdirde devre dışı bırakılacaktır.

*[Faint, illegible text and signature]*

*[Handwritten signature and text]*