

FOTOMETRİK SERBEST KLOR VE PH ÖLÇER CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz ölçümlerini fotometrik yöntem ile yapabilmelidir.
2. Cihaz sudaki serbest klor ve Ph değerini ölçmelidir.
3. Cihaz taşınabilir olmalı ve taşıma çantası ile birlikte verilmelidir.
4. Cihaz pratik kullanıma sahip olmalıdır.
5. Cihaz gözle görülebilir ölçüm yapılabilmeye sahip olmalıdır.
6. Cihaz serbest klor ölçümünü en az 0-6 ppm aralığında 0.01 ppm hassasiyetle ve Ph 6.5-9.5 aralığında ölçüm yapabilmelidir.
7. Cihazda kullanılan deney tüpü kapaklı olmalı, her cihaz için en az 3 adet tüp ve DPD karıştırma çubuğu olmalıdır.
8. Deney tüpü yuvası su/ çözücü kimyasallara karşı dayanıklı ve su geçirmez olmalıdır.
9. Cihazın fabrikasyon kalibrasyon sertifikası cihaz ile birlikte verilmelidir.
10. Cihazın 2 yıl fabrikasyon, 10 yıl yedek parça ve test tableti ile servis garantisi bulunmalıdır.
11. Cihaz ile birlikte Türkçe kullanma kılavuzu verilmelidir.
12. Cihaz CE belgesine sahip olmalıdır (CE EN50081-1, EN 50082-2 standartlarına sahip olması tercih sebebidir).
13. Test tabletlerinin Müdürlüğümüze teslim edildiği tarihten itibaren en az 22 ay son kullanma ömrü olmalıdır.

Ebru CAN



Emre ATEŞ

