

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/503
Konu : Malzeme Alımı Hk.

19/10/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 7 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 22/10/2018 tarih ve saat 15:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	KOMPRESÖR HAVA FİLTRESİ	ADET	3		
2	KOMPRESÖR YAĞ FİLTRESİ	ADET	3		
3	KOMPRESÖR SEPERATÖRÜ	ADET	3		
4	HAT FİLTRESİ PARTİKÜL GENEL	ADET	3		
5	HAT FİLTRESİ KARBON	ADET	3		
6	HAT FİLTRESİ PARTİKÜL HASSAS	ADET	3		
7	KOMPRESÖR YAĞI 18 LİTRE	TENEKE	2		
TOPLAM					

**Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe**

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı Devlet Hastanesi

OKSİJEN ÜRETİM SİSTEMİ BAKIM MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

1.1. Bu teknik şartname Ağrı Devlet Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de teknik özellikleri belirtilen 7 (yedi) kalem oksijen üretim sistemi bakım malzemesi alımının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 2.1. İstenilen filtreler TSE ve İSO belgeli olacaktır.
- 2.2. Lüzum müzakeresinde istenilen tüm malzemelere teklif verecek firmalar, ilk önce Hastanede kurulu olan oksijen üretim sistemini inceleyecek ve numuneleri gördükten sonra teklif verecektir.
- 2.3. İstenilen malzemeler ihaleyi alan firma tarafından en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde teslim edilecektir.

3. GENEL HÜKÜMLER:

- 3.1 Ürünler en az 6 (altı) ay garantili olacaktır.
- 3.2 Muayene ve kabul, Hastane teknisyenleri tarafınca yapılacaktır.
- 3.3 Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu araştırılacaktır.
- 3.4 Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.

Yukarıdaki şartnameye ait alım işinde oluşacak anlaşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkilidir.

Ömer YILDIZ
Elektrik Teknikeri