



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DOÇ. DR. YAŞAR
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
15/11/2018 16:43 - 68917221 - 949 - E.1976



Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **X LARGE LİGACLİPS ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 19/11/2018 tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır

Mehmet İLBOĞA

İdari Mali İşler Müdür V.

| SIRA NO | MALZEME ADI | BİRİM | MIKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM Tutar |
|---------|-------------------|-------|--------|-------------|--------------|
| 1 | X LARGE LİGACLİPS | ADET | 300 | | |

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR

e-imzalıdır.

Uzm.Dr.Hasan BALABAN
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Faks No:04723125447/312 60 30

e-Posta:serra.kirac@saglik.gov.tr İnt.Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresi...

Bilgi için:Serra KIRIÇ
Unvan:TIBBİ SEKRETER

Telefon No:04723125447

**ABSORBE OLMAYAN POLİMER KİLİTLİ LİGASYON KLİPSİ XL
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. KONU

Dr. Abdurrahman KUTLU'nun 01.06.2021 Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ameliyathanesinde kullanılmak üzere alınacak olan Absorbe Olmayan Polimer Kilitli Ligasyon Klipsi XL teknik şartnamesidir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2.1. Klipsin bileşimi insan vücuduna hiçbir yan etkiyi tespit edilmeyen absorbe olmayan Polimer-Poliasetat olmalıdır.
- 2.2. Klipsler tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
- 2.3. Klips kartuşları 6 adet klips kutular ise 14 adet kartuş içermelidir.
- 2.4. Kartuş üzerinde klipsin boyutu, lot numarası, referans numarası, latex ve pvc içermediğine dair ambiyam, üretim tarihi, son kullanım tarihi ve klipsin birebir boyutunun resmi olmalıdır.
- 2.5. Klipsler gereç açık cerrahide gerek ise laparoskopik cerrahide uygun uygulamalar ile sorunsuz kullanılabilir olmalıdır.
- 2.6. Klips tam kapama sağlayan kayak şekilli yapıda olmalıdır.
- 2.7. Klipsin uç kısmı mukemmel kapama sağlayan ve acımayı engelleyen karşılık korumekanismasına sahip olmalıdır.
- 2.8. Klipsin iç kısmında kaymayı engelleyen entegre edilmiş dişler bulunmalıdır.
- 2.9. Klips üzerinde klips aplikatörüne rahatlıkla oturan ve klipsin aplikatörden düşmesini engelleyen karşılıklı ayaklar bulunmalıdır.
- 2.10. Klips aplikatör üzerinde esneklik sağlayan esnek köşe yapılarına sahip olmalıdır.
- 2.11. Klipsler radyo transparan olmalı yapıları sayesinde MRI ve Röntgen cihazlarının manyetik alanlarından etkilenmemeli ve bu uygulamalarda görünmemelidir.
- 2.12. Klips kartuşlarının alt kısmında ameliyat eldiveni, ameliyat eldivesine veya diğer ürünlere yapıştırmayı sağlayan yapışkan bant bulunmalıdır.
- 2.13. XL (Büyük boy) klipsler 7,0 – 16,0 mm aralıklarda doku kütelleri ve damarları kapatma özelliğine sahip olmalıdır.
- 2.14. Teklif edilecek ürünün 1 yıl mada sahip olmalıdır.

3. KABUL VE MUAYENE

- 3.1. Satınalma kararı verilmeden önce ihtiyaç duyulması halinde numune değerlendirilmesi yapılacaktır. İstenilen numuneyi süresinde teslim etmeyen veya teslim ettikleri numuneler uygun bulunmayan isteklerini o kalem için verdikleri teklifler değerlendirilme dışı bırakılacaktır.
- 3.2. Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmez.
- 3.3. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

Op. Dr. İdris AKÇAY
Genel Cerrah
Dip. Teş. No: 120480
Doğ. Dr. Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Op. Dr. Emre AKERAT
Genel Cerrah Uzm.
Dip. Teş. No: 142064