



T.C. Sağlık Bakanlığı

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DOÇ. DR. YAŞAR
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
30.11/2018 15:41 - 68917221 - 949 - E.2076



00081993620

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **YOĞUNBAKIM BİRİMİ İÇİN GEREKLİ MALZEME ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 04/12/2018 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-izmalıdır

Mehmet İLBOĞA

İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	YETİŞKİN HASTA ALTI BEZİ	ADET	1800		
2	YATAK KORUMA PEDİ	ADET	1800		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
e-izmalıdır.
Uzm.Dr.Hasan BALABAN
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Faks No:04723125447/312 60 30

İnt.Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için:Serra KIRIÇ
Unvan:TIBBİ SEKRETER

Telefon No:04723127584

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 0472 312 54 47

T.C

AĞRI VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

YETİŞKİN HASTA ALTI BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hasta alt bezi hijyenik olmalıdır.
2. Hastaya temas eden kısmı anti alerjik olmalıdır.
3. En dış yüzey su geçirmez özelliğe sahip olmalıdır.
4. Selüloz tabakası bulunmalıdır.
5. Bezler obsorment içermelidir.
6. En dış tabaka su tutmaz özellikte olmalıdır.
7. Vücuda uyumlu anatomik özelliğe sahip olmalıdır.
8. Kendinden defalarca yapışma özelliğine sahip yan bantlar bulunmalıdır.
9. Hastanın cildine temas eden kıvrımlar rahatsız etmeyecek özelliğe sahip olmalıdır.
10. Emme kapasitesi ± 1200 mg özelliğe sahip olmalıdır.
11. Orijinal ambalajında ağzı kapalı olmalıdır.
12. Orijinal ambalajında 30 adet ped olmalıdır.

Nurcan Kandırmacı
Ambar Birimi

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
M.H.K.K.
Ambar Birimi

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Ercal GERENG
Biyomedikal Sorumlusu

Özay Güçer

T.C

AĞRI VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

YATAK KORUMA PEDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bir yüzü sıvı geçirmeyen filmle kaplı olmalıdır.
2. Bünyesinde sağlığı rahatsız edici bir madde taşımaz.
3. Ürün tek kullanımlık (disposable) olmalıdır.
4. **Gözenekli yapısı sayesinde insan teni ile uyumlu olmalıdır.**
5. **Koku barındırmamalı, terletmemelidir.**
6. 60X90 cm ölçülerde olmalıdır.
7. Orijinal ambalajında 30 adet ped olmalıdır.

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
V.B.F.

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Erdal ÇETENÇİ
Biyomedikal Servisi

Nurcan Kandıran
Jad

İsmail ÇETENÇİ
B