

T. C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/575  
Konu : Malzeme Alımı

06/12/2018

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 **Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 10/12/2018 tarih ve saat 11:00'e kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	OTOSKOP-OFTALMOSKOP	ADET	6		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.

## DUVARA MONTELİ OTOSKOP-OFTALMOSKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Cihaz, 220 Volt, 50 Hz şehir ceryanı ile çalışan bir adet duvara monte transformatör ünitesi üzerinde, bir adet 3.5 Volt'luk otoskop ve bir adet 3.5 Volt'luk oftalmoskop başlıkları ve bunlara ait el tutamaklarından oluşmalıdır.

2-Duvara monte ünitesi, bünyesinde bulunan bir transformatör vasıtası ile şehir ceryanını 3.5 Volt'a düşürmeli, böylece 3.5 Volt'luk otoskop ve oftalmoskop ile bunlara ait el tutamaklarının çalışmasına imkan sağlamalıdır.

3-Duvara monte ünitesi üzerinde ışık şiddetini ayarlayan bir adet reosta bulunmalıdır.

4-Duvara monte ünitesi üzerinde, tutamaklardan herhangi biri kaldırıldığı zaman sistemin otomatik olarak çalışmasını sağlayan bir adet mikro anahtar bulunmalıdır.

5-El tutamakları krom kaplı pirinç olup duvara monte ünitesine spiral kordonlar ile bağlanmalıdır. Bu kordonlar en az iki metreye kadar açılarak uzayabilmelidir.

6-Duvar transformatörünün yanında 1 adet spekulum dispenser'ı olmalıdır.

7-El tutamakları, arzu edildiğinde cihazın markasına ait diğer 3.5 Volt'luk başlıklarla da kullanılabilir.

8-3.5 Volt'luk otoskop başlığında aşağıdaki teknik özellikler bulunmalıdır:

\* Cihaz 3.5 Volt'luk xenon ampul ile çalışmalıdır. Ve cihaz ile birlikte 2 adet yedek ampulü verilmelidir.

\* Cihaz fiberoptik aydınlatma sistemini içermelidir.

\* Cihazda oynayabilir lens sistemi olmalıdır.

\* Cihaz pneumatik otoskopiye uygun olmalıdır.

\* Cihazın yanında 200 adet 3 ve 4 nolu boyda disposable spekulum verilmelidir.

\* Cihaz fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.

9-3.5 Volt'luk oftalmoskop başlığında aşağıdaki teknik özellikler bulunmalıdır.

\* Cihaz 3.5 Volt'luk xenon ampul ile çalışmalıdır. Ve cihaz ile birlikte 2 adet yedek ampulü verilmelidir.

\* Cihazda 5 adet aperlür (küçük, büyük, çizgi, fiksasyon ve kobalt filtre) bulunmalıdır.

\* Cihazda coaxial optik sistem olmalıdır.

\* Cihazda red-free filtre olmalıdır.

\* Cihaz 15 adet aperlür kombinasyonu yapabilmelidir.

\* Cihazda lineer polarize filtresi olmalıdır.

\* Cihazda, her dioptride 28 lens olmak üzere -25'den +40'a kadar dioptri ayarı olmalıdır.

10-Sistemin duvara monte edilebilmesi için gerekli olan tüm aparatlar cihaz ile birlikte verilmeli ve cihaz idarenin göstermiş olduğu yere firma elemanlarınca ücretsiz olarak monte edilmelidir.

Ağrı Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. AYŞE ARICI ALTAN  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı  
Dış Tel: 0413 311 00 00

F. Arıcı Altan

