



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET  
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR  
ERYILMAZ DR SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ  
17/12/2018 17:14 - 68917221 - 949 - E. 2184



00065144145

Sayı : 68917221-949  
Konu : Teklife Davet 22 F

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ORTOPEDİ AMELİYATI (ZERİFE SURHA) İÇİN 5 KALEM MALZEME ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/F maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 18/12/2018 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır,  
Mehmet İLBOĞA  
İdari Mali İşler Müdürü V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ASETABULAR CUP	ADET	1		
2	ASETABULAR LİNER	ADET	1		
3	FEMORAL HEAD CRCO	ADET	1		
4	FEMORAL STEM (ÇİMENTOSUZ)	ADET	1		
5	ASETABULAR VİDA	ADET	3		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fıili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dokme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satıs almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (iki) yıl garantili olması.
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu sipariş çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 12) Firma UBB ve SUT kodlarını teklif üzerinde belirtmelidir. Belirtmediği takdirde teklif geçersiz sayılacaktır. Ayrıca UBB ve SUT kodları hatalı olan firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5 km Doğubayazıt/AĞRI Tel:fon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

## TOTAL KALÇA PROTEZİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Acetabular komponent TiAl6V4 veya CrCo Porous üzeri HA kaplı olmalıdır. Porous kaplama 180 micron mertebesinde üzerine uygulanan HA kaplaması da 80-120 micron mertebeleri arasında olmalıdır.
2. Acetabular cup vidaları 6,5mm çapında titanyum materyalinden üretilmiş olmalı ve vidalar self-tapping özelliğine sahip olmalıdır.
3. Acetabular cup vidaları 15 mm ile 60 mm arasında 5 mm.lik aralıklarla artan boylarda olmalıdır.
4. Acetabular cup insertleri (UHMWPE) 22 mm, 28 mm, 32mm ve 36mm'lik headlerle kullanılabilir ve 10 derece ve 20 derece ofset opsiyonlara sahip olmalıdır.
5. Acetabular cup insertleri (Seramik) 32mm ve 36mm'lik BIOLOX DELTA seramik headlerle kullanılabilir.
6. Acetabular cup insertleri BIOLOX Delta Seramik özelliği taşımalıdır.
7. Acetabular cup press-fit özelliğe sahip olmalıdır.
8. Acetabular cupi sabitlemek için üzerinde kapalı bulunan ve gerektiğinde açılabilen 3 adet vida deliği olmalıdır.
9. Acetabular cup seramik liner ve polietilen liner ile kullanılabilir.
10. Acetabular komponentler çevresindeki oval çıkıntılar sayesinde rotasyon önleyici özelliğe sahip olmalıdır.
11. Acetabular component çakıcıları acetabulum içerisinde rotasyonu ayarlayabilir.
12. Acetabular component 38mm'den başlayıp 66mm.'ye kadar 2'şer büyüyen boylarda olmalıdır.
13. Polietilen insertler 0 derece, 10 derece ve 20 derece offset opsiyonlarına sahip olmalıdır.
14. Komponentler DKÇ kalçalar için uyumlu olmalıdır.
15. Femoral komponentin sementli sementsiz seçenekleri, sementli yakalıklı ve sementli yakaliksız, sementsiz yakalıklı sementsiz yakalıklı seçenekleri bulunmalıdır.
16. Femoral component CoCr malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
17. Femoral komponentin 9mm.ile 16 mm arasında 1mm.lik skalalarla büyüyen boyları bulunmalıdır.
18. Displazik kalçalar için uygun seçenekleri bulunmalıdır.
19. Femoral komponentler cementli (cemented) ve sementsiz (cementless) kullanıma uygun olmalıdır.
20. Sementsiz femoral komponentler 2/3'ü porous üzeri HA kaplamalı olmalı ve press-fit özelliğe sahip olmalıdır.
21. Femoral komponentin proksimal kısmı köşeli kesitli, distal kısmı ise yuvarlak kesitli olmalıdır.
22. Femoral stemin distal mermi uçlu yuvarlatılmış olmalıdır.
23. Femoral stemlerin boyun bölgesi parlatılmış olmalıdır.
24. Protezler gamma radyasyon ile steril edilmiş olmalıdır.
25. İSTEKLİ FİRMALAR İHALEDEN 1 SAAT ÖNCESİNDE MAZEMENİN ŞARTNAMEYE UYGUNLUK ALMALARI GEREKMEKTEDİR UYGUNLUK ALMAYAN FİRMALARIN TEKLİFİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR

Doğubayazıt Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Çağrı ERDOĞAN  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip. No: 15871/1997

Acetabular Cup				
Acetabular Liner UHMWPE				
Acetabular Liner Seramik				
Femoral Head CrCo		28MM	32MM	36MM
Femoral Head BIOLOX DELTA		22MM	32MM	36MM
Femoral Stem Çimentosuz				
Vida				
Femoral Stem Çimentolu				

Plug  
Centerelizer

Doğubayazıt Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Cahit ENDOĞAN  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip. No: 16691 E-Şif. Tescil No: 127169