

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/602
Konu : Malzeme Alımı

31/12/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 **Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 01/01/2019 tarih ve saat 14:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	KART ARIZA TESPİT CİHAZI	ADET	1		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.

KART ARIZA TESPİT CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Cihaz tüm elektronik malzemeleri empedans test tekniği ile test edebilmelidir. Eğrileri ARM mimarili mikrodenetleyici kontrollü yeni nesil TFT ekranında gösterebilmelidir.

TFT ekranında eğriler propları dokunur dokunmaz, 0.15 saniye gibi zaman kaybı olmadan meydana gelmelidir.

2) Cihaz A ve B den oluşan iki kanal ve referans (COM) girişine sahip olmalı, aynı anda iki kanalı TFT ekranında canlı şekilde gösterebilmelidir.

3) Cihaz devre şemasına ihtiyaç duymadan, cihaza kendi enerjisini vermeden, cihaz veya kart ile ilgili hiçbir bilgiye ihtiyaç duymadan, arızalı elektronik malzemeyi empedans eğrileri yardımıyla bulabilmelidir.

4) Statik yük ile kullanıcının elektronik malzemelere zarar vermemesi için, ESD bilekliğini takabileceği ESD konnektörüne sahip olmalıdır.

5) İki elektronik kartı, A ve B kanalı ile canlı şekilde mukayese ederek (eğrileri göstererek) arızalı malzemenin bulunduğu yeri tespit edebilmelidir

A kanalı eğrisini yatay ve düşeyde hareket ettirecek potansiyometreler cihaz üzerinde bulunmalıdır.

6) Her bir test kademesi el ile (manuel) seçilebildiği gibi, iki elektronik kart mukayesesi esnasında test kademeleri olan; LOGIC, LOW, MED, HIGH otomatik şekilde sırayla döngü (cycle) yapabilmelidir.

Döngü hızı kullanıcının isteğine göre cihaz üzerindeki bir potansiyometre ile ayarlanabilmelidir (cycle speed).

7) Elektronik iki kartı mukayese ederken istenilmeyen test kademelerini iptal etmek için kilit (lock) fonksiyonu olmalıdır.

8) Kapasitif ve indüktif malzemeleri daha iyi test edebilmek için test frekansını 2KHz.'e çıkaracak frekans butonu olmalıdır. Bu butona tekrar basıldığında normal çalışma frekansına dönmelidir.

9) Test kademeleri (Test Ranges) ; LOGIC 10 V, 10 mA, LOW 10 V, 100 mA, MED 20V, 5 mA, HIGH 50 V, 0,5 mA. değerlerinde olmalıdır.

10) Cihazın kasasının ölçüleri : 300 x 104 x 270 mm. (En x Yükseklik x Derinlik) \pm %5 olmalıdır. Kolay taşınabilir, metal gövdeli, taşıma kulplu olmalıdır.

11) Cihaz güç girişi sigorta yuvalı ve 220V AC, 50 Hz. şebeke girişine uygun olmalıdır.

12) ESD bileklik seti, standart test propları, malzeme testleri eğitim videoları ve kullanım kitabı cihazla birlikte verilmelidir.

FİRAL DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal sorumlusu