T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 608
Konu : Malzeme Alımı Hk.

07/01/2019

Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 8 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanunun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 09/01/2019 tarih ve saat 10:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	SARI İĞNE	ADET	50		
2	MAVİ İĞNE	ADET	10		
3	YEŞİL İĞNE	ADET	100		
4	MADALYON TOPRAK	ADET	1		
5	CIRT CIRTLI TOPRAK	ADET	4		
6	HOLDER KABLO (TUTUCU)	ADET	2		
7	STİMİLATÖR	ADET	3		
8	YÜZEYSEL ELEKTROT (DİSPOSABLE)	ADET	100		
			TOPLAM		

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR
1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
5-Fiilî olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
7-Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

Fırat Mah. A. Melik ÖZMEN Cad. Tedaş Yanı AĞRI
Telefon: (0472) 215 9745 Fax: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004@gmail.com

HOLDER İĞNE TEKNİK ŞARTNAMESİ (Needle Holder)

I. EMG iğne tutucusu tüm EMG cihazları ile uyumlu olacaktır.
II. Daha parazitsiz bir çekim yapılabilmeli ve yüksek kalite olmalıdır..
III. EMG iğne tutucusunun kayıt sırasında çok düşük empedans değeri olacaktır.
IV. Steril ve paketlenmiş olmalıdır.
V. Emg iğne tutucusunun UBB kodu olmalıdır. İğne kullanıcı tarafından denenerek alınacaktır.
VI. Gerektiğinde numune talep edilebilecektir.
VII. Kullanıcı bölümler tarafından tespit edilen uygunsuzlukların (Ürünle ilgili üretim hatası, eksik parça veya malzeme hataları vs.) firmaya iletilmesi durumunda yenisiyle değişim yapmayı taahhüt etmelidir.
VIII. Muayene kabul esnasında yukarıdaki belirtilen şartlar yerine getirilmediği ve beğenilmediği takdirde hiç bir neden belirtilmeksizin alınan malzemeler iade edilecektir.

Fırat DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal sorumlusu

STİMİLATÖR (STİMULATİON) TEKNIK ŞARTNAMESI

I. Bütün sinir iletim incelemelerinde yüzeysel EMG elektrodu olarak hem kayıtlama hemde uyarı vermek için kullanılabilir olmalıdır
II. Nihon Kohden marka EMG cihazına uyumlu olmalıdır.
III. UBB kodu olmalıdır. kullanıcı tarafından denenerek alınacaktır.
IV. Gerektiğinde numune talep edilebilecektir.
V. Kullanıcı bölümler tarafından tespit edilen uygunsuzlukların (Ürünle ilgili üretim hatası, eksik parça veya malzeme hataları vs.) firmaya iletilmesi durumunda yenisiyle değişim yapmayı taahhüt etmelidir.
VI. Muayene kabul esnasında yukarıdaki belirtilen şartlar yerine getirilmediği ve beğenilmediği takdirde hiç bir neden belirtilmeksizin alınan malzemeler iade edilecektir.

Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal sorumlusu

YÜZEYSEL ELEKTROT TEKNİK ŞARTNAMESİ

I. NİHON-KOHDEN markasına uyumlu olacaktır.
II. Yüzeysel elektrodun yanında ona ait 2 adet konnektör (holder) verilecektir.
III. Steril ve paketlenmiş olmalıdır.
IV. UBB kodu olmalıdır. Kullanıcı tarafından denenerek alınacaktır.
V. Gerektiğinde numune talep edilebilecektir.
VI. Kullanıcı bölümler tarafından tespit edilen uygunsuzlukların (Ürünle ilgili üretim hatası, eksik parça veya malzeme hataları vs.) firmaya iletilmesi durumunda yenisiyle değişim yapmayı taahhüt etmelidir.
VII. Muayene kabul esnasında yukarıdaki belirtilen şartlar yerine getirilmediği ve beğenilmediği takdirde hiç bir neden belirtilmeksizin alınan malzemeler iade edilecektir.

Fırat DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal sorumlusu

DISPOSABLE IGNE TEKNIK ŞARTNAMESI (25mm, Çap: 0.46mm)

I. EMG iğnesi tüm EMG cihazları ile uyumlu olacaktır.
II. Daha parazitsiz bir çekim yapılabilmelidir.
III. EMG iğnesinin kabloya bağlandığı yerde EMG iğnesini kabloya yerleştirirken + ve - uçların oryantasyonuna dikkat etmek gerekmemelidir.
IV. Her boy EMG iğnesinin ayrı rengi olacaktır.
V. EMG iğneleri konsantrik olacaktır.
VI. EMG iğnesinin kayıt sırasında çok düşük empedans değeri olacaktır.
VII. Hafif kablo,Parazitsiz çekim ve Sinyal kaybı olmadan EMG çekimi yapılabilmelidir.
VIII. Uzunluk: 25mm, Çap: 0.46mm ve sarı olmalıdır.
IX. Disposable (Tek kullanımlık)olmalıdır. Steril ve paketlenmiş olmalıdır.
X. Emg iğnesi UBB kodu olmalıdır. İğne kullanıcı tarafından denenerek alınacaktır.
XI. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
XII. İğne kavrama yerinde kayıt yüzey doğrultusunda elle hissetmeyi sağlayacak bir belirteç olmalıdır.
XIII. Gerektiğinde numune talep edilebilecektir.
XIV. Kullanıcı bölümler tarafından tespit edilen uygunsuzlukların (Ürünle ilgili üretim hatası, eksik parça veya malzeme hataları vs.) firmaya iletilmesi durumunda yenisiyle değişim yapmayı taahhüt etmelidir.
XV. Muayene kabul esnasında yukardaki belirtilen şartlar yerine getirilmediği ve beğenilmediği takdirde hiç bir neden belirtilmeksizin alınan malzemeler iade edilecektir.

DİSPOSABLE İĞNE TEKNİK ŞARTNAMESİ (50mm, Çap: 0.46mm)

XVI. EMG iğnesi tüm EMG cihazları ile uyumlu olacaktır.
XVII. Daha parazitsiz bir çekim yapılabilmelidir.
XVIII. EMG iğnesinin kabloya bağlandığı yerde EMG iğnesini kabloya yerleştirirken + ve - uçların oryantasyonuna dikkat etmek gerekmemelidir.
XIX. Her boy EMG iğnesinin ayrı rengi olacaktır.
XX. EMG iğneleri konsantrik olacaktır.
XXI. EMG iğnesinin kayıt sırasında çok düşük empedans değeri olacaktır.
XXII. Hafif kablo,Parazitsiz çekim ve Sinyal kaybı olmadan EMG çekimi yapılabilmelidir.
XXIII. Uzunluk: 25mm, Çap: 0.46mm ve sarı olmalıdır.
XXIV. Disposable (Tek kullanımlık)olmalıdır. Steril ve paketlenmiş olmalıdır.
XXV. Emg iğnesi UBB kodu olmalıdır. İğne kullanıcı tarafından denenerek alınacaktır.
XXVI. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
XXVII. İğne kavrama yerinde kayıt yüzey doğrultusunda elle hissetmeyi sağlayacak bir belirteç olmalıdır.
XXVIII. Gerektiğinde numune talep edilebilecektir.
XXIX. Kullanıcı bölümler tarafından tespit edilen uygunsuzlukların (Ürünle ilgili üretim hatası, eksik parça veya malzeme hataları vs.) firmaya iletilmesi durumunda yenisiyle değişim yapmayı taahhüt etmelidir.
XXX. Muayene kabul esnasında yukardaki belirtilen şartlar yerine getirilmediği ve beğenilmediği takdirde hiç bir neden belirtilmeksizin alınan malzemeler iade edilecektir.

DİSPOSABLE İĞNE TEKNİK ŞARTNAMESİ (37mm, Çap: 0.46mm)

XXXI. EMG iğnesi tüm EMG cihazları ile uyumlu olacaktır.
XXXII. Daha parazitsiz bir çekim yapılabilmelidir.
XXXIII. EMG iğnesinin kabloya bağlandığı yerde EMG iğnesini kabloya yerleştirirken + ve - uçların oryantasyonuna dikkat etmek gerekmemelidir.
XXXIV. Her boy EMG iğnesinin ayrı rengi olacaktır.
XXXV. EMG iğneleri konsantrik olacaktır.
XXXVI. EMG iğnesinin kayıt sırasında çok düşük empedans değeri olacaktır.
XXXVII. Hafif kablo,Parazitsiz çekim ve Sinyal kaybı olmadan EMG çekimi yapılabilmelidir.
XXXVIII. Uzunluk: 25mm, Çap: 0.46mm ve sarı olmalıdır.
XXXIX. Disposable (Tek kullanımlık)olmalıdır. Steril ve paketlenmiş olmalıdır.
XL. Emg iğnesi UBB kodu olmalıdır. İğne kullanıcı tarafından denenerek alınacaktır.
XLI. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
XLII. İğne kavrama yerinde kayıt yüzey doğrultusunda elle hissetmeyi sağlayacak bir belirteç olmalıdır.
XLIII. Gerektiğinde numune talep edilebilecektir.
XLIV. Kullanıcı bölümler tarafından tespit edilen uygunsuzlukların (Ürünle ilgili üretim hatası, eksik parça veya malzeme hataları vs.) firmaya iletilmesi durumunda yenisiyle değişim yapmayı taahhüt etmelidir.
XLV. Muayene kabul esnasında yukardaki belirtilen şartlar yerine getirilmediği ve beğenilmediği takdirde hiç bir neden belirtilmeksizin alınan malzemeler iade edilecektir.

Fırat DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal sorumlusu

Madalyon Toprak Elektrod Teknik Şartnamesi

I. Madalyon şeklinde olmalıdır.
II. Çapı en az 30mm olmalıdır.
III. Kablo uzunluğu en az 1.25m olmalıdır.
IV. Tamamen çelikten üretilmiş olmalıdır.
V. Cırt bantın sıyrılmaması için bir çengeli olmalıdır.
VI. Steril ve paketlenmiş olmalıdır.
VII. UBB kodu olmalıdır. Kullanıcı tarafından denenerek alınacaktır.
VIII. Gerektiğinde numune talep edilebilecektir.
IX. Kullanıcı bölümler tarafından tespit edilen uygunsuzlukların (Ürünle ilgili üretim hatası, eksik parça veya malzeme hataları vs.) firmaya iletilmesi durumunda yenisiyle değişim yapmayı taahhüt etmelidir.
X. Muayene kabul esnasında yukarıdaki belirtilen şartlar yerine getirilmediği ve beğenilmediği takdirde hiç bir neden belirtilmeksizin alınan malzemeler iade edilecektir.

CIRT CIRTLI Toprak Elektrod Teknik Şartnamesi

I. Steril ve paketlenmiş olmalıdır.
II. UBB kodu olmalıdır. Kullanıcı tarafından denenerek alınacaktır.
III. Gerektiğinde numune talep edilebilecektir.
IV. Kullanıcı bölümler tarafından tespit edilen uygunsuzlukların (Ürünle ilgili üretim hatası, eksik parça veya malzeme hataları vs.) firmaya iletilmesi durumunda yenisiyle değişim yapmayı taahhüt etmelidir.
V. Muayene kabul esnasında yukarıdaki belirtilen şartlar yerine getirilmediği ve beğenilmediği takdirde hiç bir neden belirtilmeksizin alınan malzemeler iade edilecektir.