



AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
10/01/2019 15:09 - 68917221 - 949 - E.56



00084867883

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazit Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **AERATÖR BAŞLIĞI ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 14/01/2019 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	e-imzalıdır Mehmet İLBOĞA İdari Mali İşler Müdür V.
1	AERATÖR BAŞLIĞI	ADET	3		TOPLAM TUTAR
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

e-imzalıdır.
Uzm Dr Hasan BALABAN
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağının ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmemiği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresi Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın alıma verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garanti olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekllerinde firmamızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen tekller hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazit/AĞRI
Telefon: 0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazit/AĞRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

.tr İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com
Evrakin elektronik imzan suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden a2b0b5_7_27

Bilgi için: Serra KIRAÇ

TIBBI SEKRETER


Telefon No: (0 472) 312 60 47

AERATÖR BAŞLIĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 - Açılmamış orijinal ambalajda olmalıdır.
- 2 - Aerator başlığı seramik rulmanlı sistem olmalı. 2.2-2.5 atmosfer basıncıla çalışmalıdır.
- 3- Aerator başlığı çıkış gücü en az 16 w olmalıdır.
- 4- Dakikadaki dönme hızı 450.000 rpm nin altında olmamalıdır.
- 5- Aerator başlığının kafası minyatür olmalı ve en fazla 10.6x12.5 mm kafa çapı ile optimum görüş alanı sağlamalıdır.
- 6- Türbin borden (Basıncılı hava ve su girişi iki delikli standart borden tipte olmalıdır.) tip olmalı ve çalışma basıncına dayanıklı olmalıdır.
- 7- Aerator başlığı dayanıklılığı artırın kapaklı kartuş sistemine sahip olmalıdır.
- 8- Başlığa frez takılabilmesi için anahtarla ihtiyaç olmamalı; push-button sistem olmalıdır.
- 9- Hortum ve türbin arasında yer alacak adaptör hortumun eksenin etrafında 360 derece dolaşmadan dönebilmeli ve turbine kolayca takılıp çıkarmayı sağlanmalıdır.(coupling sistem).
- 10- Cihazda etkin soğutma sistemi olmalıdır.
- 11- Aerator başlığı kafasında ağız içi tükrük , sıvı ve diğer yabanei maddelerin türbin kafasına girmesini önleyen böylece uzun türbin ömrü sağlayan ve kontaminasyonu önleyen temiz kafa sistemine (clean head sistem) sahip olmalıdır. ve bu işlem kafa üzerindeki 4 ayrı noktadan yapılmalıdır.
- 12- Aerator başlığı, frez tutucuya entegre rulman sistemi (ISB teknolojisi) özelliği ile vibrasyonlu ve düzensiz kullanımlarda çalışma verimini artırıp kartuş ömrünü de uzatmalıdır.
- 13- Ses seviyesi 75 dB den fazla olmamalıdır.
- 14- Dış yapısı ve imalinde kullanılan malzeme çarpma ve düşmeye karşı dirençli ayrıca kimyasal dezenfektanlara karşı dayanıklı olmalıdır.
- 15- Aerator başlığı gövdesi kolay temizlenebilir pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır.
- 16- Aerator başlığı termal dezenfektörde yıkanabilmelidir. bu özellik kullanım kılavuzunda belirtilmelidir.
- 17- 135 C 'a kadar otoklavda steril edilebilmelidir.
- 18- Cihazın bakımı sprey yağlarla yapılabilmeli.
- 19- Aerator başlığı korozyon direncine sahip olması için tüm dış kısmının malzemesi paslanmaz çelik olmalıdır.
- 20- Ezilme ve düşmeden doğan arızaların dışında, 2 (iki) yıl garantisı bulunmalı ve garanti belgesinde Türkiye mümessilinin kaşesi bulunmalıdır.
- 21- **Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.**

NOT:Teklif edilen malzemenin teknik şartnamenin maddelerine verilmiş cevapları olmalı ve bu cevaplar malzemenin kullanım kılavuzunda ibraz edilmelidir.

.../..../....



Dr.Dr.Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Dış Tabibi
Cemal YÜCEBAŞ
Dip.Tes.No:35233