

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/677
Konu : Malzeme Alımı

11/01/2019

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 3 **Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 11/01/2019 tarih ve saat 15:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	YABANCI CİSİM FORSEPSİ	ADET	1		
2	BIOPSİ FORSEPSİ	ADET	1		
3	RUBİN KANÜL	ADET	2		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.

1 Adet Yabancı Cisim Forsepsi

- Çapı 3 Fr. olmalıdır.
- Çalışma uzunluğu 530 mm. olmalıdır.
- Fleksible olmalıdır.
- Alligatör çeneli olmalıdır.
- Otoklavlanabilmelidir.
- Wolf marka URS cihazına uygun olmalıdır.

1 Adet Biyopsi Forsepsi

- Çapı 3 Fr. olmalıdır.
- Çalışma uzunluğu 530 mm. olmalıdır.
- Fleksible olmalıdır.
- Alligatör çeneli olmalıdır.
- Otoklavlanabilmelidir.
- Wolf marka URS cihazına uygun olmalıdır.



TEKNİK ŞARTNAME

1- 1 Adet- Cohen / Rubin Canull

1. 1'er adet large/small adaptörler ile birlikte verilmelidir.
2. Reusable olmalıdır.
3. 1 adet klemp ile birlikte verilmelidir.
4. Luer-lock bağlantılı olmalıdır.

Ozlem İŞTAN
Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı
Dip. Tes. No. 160982
Ağrı Devlet Hastanesi

Op. Dr. Sultan ÇAN
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Dip. Tes. No. 132231
Ağrı Devlet Hastanesi