



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazit Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet 22 F

Sağlık teslimizizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ORTOPEDİ AMELİYATI (RABİA CİVAS) İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanunumun 22/F maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 16.01.2019 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır,
Mehmet ILBOĞA
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ASETABULAR CUP	ADET	1		
2	ASETABULAR LINER	ADET	1		
3	FEMORAL HEAD CRCO	ADET	1		
4	FEMORAL STEM	ADET	1		
5	ASETABULAR VIDA	ADET	3		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
e-imzalıdır.
Uzm.Dr.Hasan BALABAN
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimi'ne veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rákam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenleneceler.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Filti olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağında ameliyatta kullanılan malzemeler ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dokme olarak getirilen ve ameliyatın sona erdiğinde belli olan malzemelerin boekodları aramı 5 gün içinde teslim edilmemiği takdirde hasta dosyaları kapatacaktır ve herhangi bir ücret yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresi: Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 7) Alım komisyonu cihaz ise eğimini hastanemizde ölçetsiz yapılmakacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın alınmışsa verilirse, tüm alımlar es zamanlı olarak e-posta üzerinden de sağlanacaktır.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garanti olmasa
- 10) Vereceğiniz fiyat tekniklerinde firmanızın kâjesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu sipariş çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teknikler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmeyecektir.
- 12) Firma UBB ve SUT kodlarını teknik üzerinde belirtmeden taktire teknif geçerse sayılacaktır. Ayrıca UBB ve SUT kodları başlı olan firmaların teknik geçersiz sayılacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5 km Doğubayazit/AĞRI Telefon: 0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta ddhsatinalma@gmail.com

TOTAL KALÇA PROTEZİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Acetabular komponent TiAl6V4 veya CrCo Porous üzeri HA kaplı olmalıdır. Porous kaplama 180 micron mertebesinde üzerine uygulanan HA kaplaması da 80-120 micron mertebeleri arasında olmalıdır.
 2. Acetabular cup vidaları 6,5mm çapında titanyum materyalinden üretilmiş olmalı ve vidalar self-tapping özelliğine sahip olmalıdır.
 3. Acetabular cup vidaları 15 mm ile 60 mm arasında 5 mm.lık aralıklarla artan boylarda olmalıdır.
 4. Acetabular cup insertleri (UHMWPE) 22 mm, 28 mm, 32mm ve 36mm'lik headlerle kullanılabilen ve notral 10 derece ve 20 derece ofset opsiyonlara sahip olmalıdır.
 5. Acetabular cup insertleri (Seramik) 32mm ve 36mm'lik BIOLOX DELTA seramik headlerle kullanılabilirmelidir.
 6. Acetabular cup insertleri BIOLOX Delta Seramik özelliği taşımalıdır.
 7. Acetabular cup press-fit özelliğe sahip olmalıdır.
 8. Acetabular cup sabitlemek için üzerinde kaplı bulunan ve gerektiğinde açılabilen 3 adet vida deliği olmalıdır.
 9. Acetabular cup seramik liner ve polietilen liner ile kullanılabilirmelidir.
 10. Asetublar komponentler çevresindeki oval çıkışlıklar sayesinde rotasyon önleyici özelliğe sahip olmalıdır.
 11. Asetabular component çakıcıları asetabulum içerisinde rotasyonu ayarlayabilmelidir.
 12. Asetabular component 38mm'den başlayıp 66mm.'ye kadar 2'ser büyuyen boylarda olmalıdır.
 13. Polietilen insertler 0 derece, 10 derece ve 20 derece offset opsiyonlarına sahip olmalıdır.
 14. Komponentler DKÇ kalçalar için uyumlu olmalıdır.
 15. Femoral komponentin sementli sementsiz seçenekleri, sementli yakalıklı ve sementli yakalıksız, sementsiz yakalıklı sementsiz yakalıklı seçenekleri bulunmalıdır.
 16. Femoral component CoCr malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
 17. Femoral komponentin 9mm.ile 16 mm arasında 1mm.lık skalalarla büyuyen boyları bulunmalıdır.
 18. Displazik kalçalar için uygun seçenekleri bulunmalıdır.
 19. Femoral komponentler cementli (cemented) ve cementsiz (cementless) kullanıma uygun olmalıdır.
 20. Cementsiz femoral komponentler 2/3'ü porous üzeri HA kaplamalı olmalı ve press-fit özelliğe sahip olmalıdır.
 21. Femoral komponentin proksimal kısmı köşeli kesitli, distal kısmı ise yuvarlak kesitli olmalıdır.
 22. Femoral stemin distal mermi uçlu yuvarlatılmış olmalıdır.
 23. Femoral stemlerin boyun bölgesi parlatılmış olmalıdır.
 24. Protezler gamma radyasyon ile steril edilmiş olmalıdır.
 25. İSTEKLİ FİRMALAR İHALEDEN 1 SAAT ÖNCESİNDE MAZEMENİN ŞARTNAMEYE UYGUNLUK ALMALARI GEREKMEDİR UYGUNLUK ALMAYAN FİRMALARIN TEKLİFİ DEĞERLENDİRME DISİ BIRAKILACAKTIR

Acetabular Cup			
Acetabular Liner UHMWPE			
Acetabular Liner Seramik			
Femoral Head CrCo	28MM	32MM	36MM
Femoral Head BIOLOX DELTA	22MM	32MM	36MM
Femoral Stem Çimentosuz			
Vida			
Femoral Stem Çimentolu			
Plug			
Centerelizer			

Dok. Dr. Yasemin YILMAZ
Doktora Yazılı Onur Öğrencisi
Prof. Dr. Emine FİDAN
Öğretim Üyesi - İstatistik Uzmanı
Dip. Tez NO: 150006