

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 36
Konu : Malzeme Alımı

05/02/2019

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 3 **Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 07/02/2019 tarih ve saat 16:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	GAZLI HAVYA	ADET	1		
2	LEHİM TELİ	ADET	3		
3	LEHİM PASTASI	ADET	3		


Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.

GAZLI HAVYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. P1K 0 Lehim ucu, sıcak hava ağı ve kesme bıçağında 450 derece sıcaklık. Alev ağızında 1300dereceye `ye kadar sıcaklık yapabilmelidir.
2. lehim ucu, alev ağı, sıcak hava ağı ve
3. kesme bıçağı%2Btemizleme süngeri, doldurulabilir bütan kartuşu olmalıdır.
4. orjinal kutusunda olmalıdır.
5. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade edebilir.
6. En iyi kalitede olmalıdır.


Firat Durak



LEHİM PASTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Korozyon yapmamalı ve iletkenliđi olmamalıdır.
2. Cam şişede olmalıdır.
3. Tüm elektronik, devre kartı, elektirk vb tamiratlar için birebir olmalıdır.
4. Lehim pastası kusursuz, hatasız olmalıdır.
5. orjinal kutusunda olmalıdır.
6. Muayene kabulde beğenilmediđi takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade edebilir.
7. En iyi kalitede olmalıdır.

Rifat DURAK



LEHİM TELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 500gr ağırlığında kurşunsuz lehim teli.
2. 1.0mm çapında, 500gr ağırlığında ve %2 flux içeriğine sahip olmalıdır.
3. %96,5 kalay, %3 gümüş ve %0,5 bakır karışımı lehim teli olmalıdır.
4. orjinal kutusunda olmalıdır.
5. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade edebilir.
6. En iyi kalitede olmalıdır.

Fırat DURAK

