

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

05/02/2019

Sayı : 57212153/30
Konu : Malzeme Alımı

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 **Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 07/02/2019 tarih ve saat 16:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	LARİNGOSKOP SETİ (YETİŞKİN)	ADET	1		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agrihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.

LARİNGOSKOP SETİ STANDART 3 BLADE'Lİ YETİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Laringoskopun handle ve blade'leri yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- Setin içeriği 1 adet kalın handle ve 3 adet Machintosh tipte blade'lerden oluşmalıdır.
Bunlar;
Machintosh No:1 Infant için, 90 mm boy ve 9 mm eninde olmalıdır.
Machintosh No:2 Adult için, 100 mm boy ve 12 mm eninde olmalıdır.
Machintosh No:3 Adult için, 130 mm boy ve 15 mm eninde olmalıdır.
- Blade'ler üzerinde marka, model, seri numarası ve blade numarası belirtilmiş olmalıdır.
- Handle ile blade'nin birleşme yeri kolay takılıp çıkarılabilen bilyeli sistem olmalı ve sapa takıldığı zaman blade üzerindeki ampul yanmalıdır.
- Ampule ışığı ileten lifler blade gövdesi içinden geçmeli, No:1 ve No:2 blade'lerde küçük ampul, No:3 blade' de büyük ampul bulunmalıdır.
- Handle 2 adet orta boy 1,5 voltluk pille çalışmalıdır.
- Blade'ler 138 C'ye kadar otoklavda steril edilebilir yapıda olmalıdır.
- Setin içindeki handle elin kaymayacağı yapıda olup, üzerinde markası belirtilmiş olmalıdır.
- Setin içindeki handle ve blade'ler kaliteli sert plastikten imal edilmiş özel kutusunda olmalıdır.
- Kutu üzerinde marka ve barkod numaraları belirtilmiş olmalıdır.
- Kutu içinde sterilizasyon koşullarını da belirten kullanım kılavuzu bulunmalıdır.
- Set uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) sahip olmalıdır.
- Ürün Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olup, Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.

Firat DURAK

Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal sorumlusu