

T. C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/29  
Konu : Malzeme Alımı

05/02/2019

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 **Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 07/02/2019 tarih ve saat 16:00'e kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ACİL MÜDAHALE ÇANTASI	ADET	2		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.

## ACİL MÜDAHALE - TRAVMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1. **65 x 40 x 30 cm** ölçülerinde olmalıdır.
2. 1900 denier PVC su geçirmez imperteks malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3. Acil Müdahale Çantası fonksiyonel olmalı, gövde üzerinde **6 adet dış cep** bulunmalıdır.
4. **Büyük yan cebin içinde 4 adet küçük cep olmalıdır. Küçük cepler kapaklı olmalıdır.**
5. **Üst cep içinde 3 adet modül bulunmalıdır. Ayrıca üst cep dışında bir adet de şeffaf cep bulunmalıdır.**
6. **Kapak iç kısmında 2 adet ampül modülü bulunmalı bu modüller cırtlı bant ve lastik ile kapağa sabitlenebilmelidir. Modüllerin ayrılması ve yeniden yerleştirilmesi pratiklik sağlayacak şekilde olmalıdır. Ampül modüllerinde en az 120 adet ampül taşınabilmelidir.**
7. Çanta içinde muhafaza edilen malzemeleri korumak için darbe emici malzeme kullanılmış olunmalıdır.
8. Ceplerin dışında çantaya desteklik sağlayan siyah fitiller olmalıdır.
9. Çanta içi seperatörle ile istenilen şekilde dizayn edilebilmelidir.
10. Yan ceplerde en az 120 ampül taşımaya uygun 1,5 cm - 2 cm genişlikli ampul yuvaları bulunmalıdır.
11. Çantanın yan duvarlarında dik durmaya yardımcı olan PVC levha bulunmalıdır. çanta içindeki malzemeleri korumaya uygun olmalıdır.
12. Küçük ceplerden birinde **sağlık bakanlığının** diğerinde **ters hilal** simgesi bulunmalıdır.
13. Çanta elde veya omuzda taşımaya uygun olmalıdır.
14. Çantayı saran **reflektör bant** olmalıdır.
15. Çanta kırmızı, turuncu veya mavi renkte olmalıdır.
16. 2 adet portatif kancalı kemer ile istenildiğinde sırtta taşımaya uygun olmalıdır.
17. Ürün CE belgeli olmalıdır.

Uz. Dr. Emrah ERDOĞAN  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 17.003  
Ağrı Devlet Hastanesi